

	Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul licitației: 21013019						din 16.10.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației:Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 1						
		PERFULINE® PVC infusion tubes for syringes pumps	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	Lungime 1,5-2,0 m Tip “male-female”. Obligator- Diametrul intern 1,5 mm, Rezistente la compusii medicamentosi - Obligator, Ttransparent- Obligator, Steril -Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Ttransparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) ,	Tuburi de infuzie din PVC conform nr. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de infuzie standard conform la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) scurgeri testate, presiune de 500 kPa (5 bari) Sterile R (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) Diametrul intern 1,5 x Diametrul extern 2,6 Lungime 150 cm transparent	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23