

## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА Арт № 1314433

**Наименование продукта:** Перчатки латексные медицинские смотровые, нестерильные, неопудренные, особо прочные, удлиненные, текстурированные, Vogt Medical, размер M

**Стандарты:** Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 11193, EN 455, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произв-ва	Годеи до	Дата акта контроля:
M	162000	209097797LCZA	04-2020	04-2025	01.06.2020

### 1. Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
<b>Водонепроницаемость</b>	AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 2.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 4.0	соответствует

### 2. Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	≥299 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	≥96 мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	≥0.20 мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	≥0.22 мм	соответствует

### 3. Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
<b>До ускоренного старения</b>			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 7 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
<b>После ускоренного старения</b>			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует
Растяжение	S2, AQL 4.0	Мин. 500%	соответствует

**Содержание белка 39,4 µg/g**

Требования макс 50 µg/g

Rüppurrer Str. 1 A, Haus B . 76137 Karlsruhe . Germany

**Вывод:** Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 29.07.2020, Карлсруэ

**VOGT MEDICAL**  
**VERTRIEB GMBH**  
Rüppurrer Straße 1 A, Haus B  
76137 Karlsruhe  
Tel. 07 21 / 98 23 50 · Fax 07 21 / 98 23 50

## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА Арт № 1314434

**Наименование продукта:** Перчатки латексные медицинские смотровые, нестерильные, неопудренные, особо прочные, удлиненные, текстурированные, Vogt Medical, размер L

**Стандарты:** Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 11193, EN 455, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произ-ва	Годен до	Дата акта контроля:
L	100000	209097797LCZA	04-2020	04-2025	01.06.2020

### 1. Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
<b>Водонепроницаемость</b>	AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 2.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 4.0	соответствует

### 2. Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	≥304 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	≥106 мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	≥0.21 мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	≥0.22 мм	соответствует

### 3. Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
<b>До ускоренного старения</b>			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 7 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
<b>После ускоренного старения</b>			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует
Растяжение	S2, AQL 4.0	Мин. 500%	соответствует

**Содержание белка 39,4 µg/g**

Требования макс 50 µg/g

Rüppurrer Str. 1 A, Haus B . 76137 Karlsruhe . Germany

**Вывод:** Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 29.07.2020, Карлсруэ

**VOGT MEDICAL**  
**VERTRIEB GMBH**  
Rüppurrer Straße 1 A, Haus B  
76137 Karlsruhe  
Tel: 07 21 / 98 23 60 Fax: 07 21 / 98 23 520

## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА Арт № 1314435

**Наименование продукта:** Перчатки латексные медицинские смотровые, нестерильные, неопудренные, особо прочные, удлиненные, текстурированные, Vogt Medical, размер XL

**Стандарты:** Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 11193, EN 455, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произ-ва	Годен до	Дата акта контроля:
XL	325500	209097797LCZA	04-2020	04-2025	01.06.2020

### 1. Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
<b>Водонепроницаемость</b>	AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 2.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 4.0	соответствует

### 2. Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	≥302 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	≥1156 мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	≥0.20 мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	≥0.22 мм	соответствует

### 3. Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
<b>До ускоренного старения</b>			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 7 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
<b>После ускоренного старения</b>			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 6 N	соответствует
Растяжение	S2, AQL 4.0	Мин. 500%	соответствует

**Содержание белка 39,4 µg/g**

Требования макс 50 µg/g

Rüppurrer Str. 1 A, Haus B . 76137 Karlsruhe . Germany

**Вывод:** Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 29.07.2020, Карлсруэ

**VOGT MEDICAL**  
**VERTRIEB GMBH**  
Rüppurrer Straße 1 A, Haus B  
76137 Karlsruhe  
Tel: 07 21 / 98 23 50 · Fax: 07 21 / 98 23 52