

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709627543822
Denumirea procedurii de achiziție Deservire și întreținere dispozitive medicale - 2024

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 7						
Angiograf SHIMADZU Trinias C12	Trinias C12	Japonia	Shimadzu	<ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic 	<ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie) – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic 	CE

				<ul style="list-style-type: none"> – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	<ul style="list-style-type: none"> – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	
LOT 8						
Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3	FlexaVision F3	Japonia	Shimadzu	<ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) – Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului) – Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) – Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie – Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Instruirea personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune 	<ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației) – Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului) – Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale) – Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie – Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. – Instruirea personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune 	CE

			– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate trimestrial	– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Serviciile vor fi prestate trimestrial	
--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău