

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21083007/ ocds-b3wdp1-MD-1687325974397				Data: „12” iulie 2023		Alternativa nr.: -	
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat 3)						Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
3310000-0-1	32	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) sublot ocluder	Amplatzer Septal Occluder, ref.: de la 9-ASD-004 pana la 9-ASD-020, 9-ASD-022, 9-ASD-024, 9-ASD-026	SUA	Abbott Med/ St Jude Med	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut cu fir din poliester. Trombogenitate aproape zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deplimentul dispozitivului. Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35 +/-1mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 40+/-1mm.	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut cu fir din poliester. Trombogenitate aproape zero-98,5%. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deplimentul dispozitivului. Diametre Disc atrial drept - de la 12mm pana la 36mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16mm pana la 40mm.	Declaratie de Conformitate
3310000-0-1	32	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) sublot ghid	AMPLATZER Guidewire 2, ref.: 9-GW-002	SUA	Abbott Med/ St Jude Med	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	Declaratie de Conformitate
3310000-0-1	32	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) sublot teaca de livrare	Set: AMPLATZER Trevisio Delivery System (ref.: 9-ATV06F45/60, 9-ATV07F45/60, 9-ATV07F45/80, 9-ATV08F45/60, 9-ATV08F45/80, 9-ATV09F45/80, 9-ATV10F45/80, 9-ATV12F45/80) cu accesoriu AMPLATZER Sizing Balloon II ; (ref.:9SB-018, 9-SB024, 9-SB034)	SUA	Abbott / St Jude Med	1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatorul sau cu încărcătorul. Unghiuri de 45 grade obligator; 2. Dilator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035”; 3. Încărcător; 4. Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu ocludere din sublot. Teaca de livrare: Lungimi obligatorii- 60 cm), 80 cm, Diametre obligatorii: - 6,7,8,9,10,12 F	1.punct C din PACKAGING INFORMATION - Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, conține un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatorul sau cu încărcătorul. Unghiuri de 45°; 2. punct D din PACKAGING INFORMATION - Dilator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035”; 3. punct A din PACKAGING INFORMATION - Încărcător transparent; 4. punct B din PACKAGING INFORMATION - Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu Amplatzer Septal Occluder. Teaca de livrare: Lungimi - 60 cm, 80 cm, Diametre: 6,7,8,9,10,12 F; + accesoriu balon de dimensionare cu triplu lumen, cu diam.:18,24,34mm;	Declaratie de Conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2