

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. 21514334 / ocds-b3wdp1-MD-1764148038623 din 26.11.2025						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026						Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	165	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (003326)	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (003326)	4170.956	Germania	Richard Wolf	Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 300 cm, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canală pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal si proximal silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.	Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 3 metri, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canală pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal si proximal silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.	CE/ISO/ DM000848752
33100000-1	207	Set PICCO (003431)	Set PICCO (003431)	6885060	Germania	Getinge	Cateter PICCO Diametru 5FR, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid și ghid Nitinol (PV 2015L20-A sau echivalent)+set de monitorizare (PV8215 sau echivalent); transducer cu presiune cu linia arterială la 150cm (±10cm); sensor de injectare (PV4046 sau echivalent)	Cateter PICCO Diametru 5FR, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid și ghid Nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare (PV8215); transducer cu presiune cu linia arterială la 150cm ; sensor de injectare (PV4046)	CE/ISO/ DM000182798/DM000182799/ DM000305567
		Semnat: Numele, Prenumele: Victor Ghereg În calitate de: Director							
		Ofertantul: Endo-Chirurgie SRL Adresa: Chisinau, Mesterul Manole 9							

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. 21514334 / ocds-b3wdp1-MD-1764148038623 din 26.11.2025

Data: „ ”

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026							Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	165	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (003326)	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (003326)	Bucată	1900	710.00	852.00	1,349,000.00	1,618,800.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1	207	Set PICCO (003431)	Set PICCO (003431)	Bucată	180	6,600.00	7,920.00	1,188,000.00	1,425,600.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
							Total :	2,537,000.00	3,044,400.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Ghereg În calitate de: Director

Ofertantul: Endo-Chirurgie SRL

Adresa: Chisinau, Mesterul Manole 9