

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:

21006636 din 27 martie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice (Repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	38	Tub endotraheal/Radioopac	100/150	Marea Britanie	Smiths	Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy pentru a preveni atelectazia de lob superior drept, balonas de forma cilindrica si lungime mica pentru a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune<20-25 cm H2O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului>800 cm H2O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5 marcaje care asigura plasarea corecta a sondei (marcaj gros ce asigura trecerea de corzile vocale si inca 4 subtiri pentru o mai mare precizie a intubarii), virf atraumatic, diametru extern 6.5-9mm.	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă. Fabricate din polivinilclorid, termosensibil cu rigiditate suficienta in momentul inserarii pentru ca apoi la temperatura corpului se se muleze conform anatomiei specifice fiecarui pacient cu linie radiopaca pe toata lungimea. Cu varf taiat la un unghi de 37 de grade si ochi Murphy cu contururi netede. Tuburile prezinta marcaje de adancime din cm in cm pe toata lungimea cu linie clara de demarcatie pentru intubatia orala sau nazala. Tubul prezinta un marcaj radioopac suplimentar situat la 3cm deasupra balonasului de etansare. Balonasul de etansare cu volum mare si presiune scazuta este fabricat dintr-un material moale, catifelat la atingere ce nu lezeaza traheea. Tubul poate fi mentinut "in situ" o perioada de pana la 30 de zile. Ambalat individual, steril. Sterilizare cu oxid de etilena. Codul Produsului:100/150 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7