

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772191440713 din 27.02.2026						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 (loturile neachiziționate)						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008	<i>Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care 4008 – 10 buc.; Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AquaStore – 1 buc.; Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Granumix Medical Care Granumix 107 S – 1 buc.</i>	Germania	Fresenius Medical Care	Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008 (verificarea parametrilor tehnice a aparatului: presiunelor a hidraulicii, temperatura, conductivitate, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de sânge, senzorilor ultra-sunet și optici, verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului). Sistem de purificare a apei Fresenius AquaStore (inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare: productivitate,presiune, conductivitate, temperatura, schimbarea filtrelor, verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului). Sistem de mixare a soluțiilor Granumix 107 S (inspecția dispozitivului, verificarea funcționalității	Lucrări efectuate în 4 vizite: 1 - Deservirea tehnică 1- martie 2026 2 - Deservirea tehnică 2 - aprilie 2026 3 - Deservirea tehnică 3 - iunie 2026 4 - Deservirea tehnică 4 - august 2026 5 - Deservirea tehnică 5 - octombrie 2026 6 - Deservirea tehnică 6 - decembrie 2026 7 - Verificarea tehnică de siguranță anuală - pe parcursul anului 2026 Deservirea tehnică 1 Se efectuează <i>în luna martie anului 2026</i> . Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor Granumix 107S • Inspecția dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor	
Sistem de purificare a apei Fresenius AquaStore						
Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Granumix 107 S						
Total pe lot 339 000,00						

dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor, verificarea funcționalității dispozitivului conform protocol producătorului).

Deservirea tehnică 2

Se efectuează în luna aprilie anului 2026.

Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate:

4008

- Inspecția aparatului
Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura.
- Verificarea funcționalității aparatului:
trecerea testării, dezinfectiei.
- 5 lucrări de reparații la solicitare

AquaStore

- Inspecția stației
- Verificarea parametrilor de funcționare a stației:
Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura
- Verificarea funcționalității stației

Granumix 107S

- Inspecția dispozitivului
Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor

Deservirea tehnică 3

Se efectuează în luna iunie anului 2026.

Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate:

4008

- Inspecția aparatului
Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura.
Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfectiei.
- 5 lucrări de reparații la solicitare

AquaStore

- Inspecția stației
- Verificarea parametrilor de funcționare a stației
Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura
- Verificarea funcționalității stației

Granumix 107S

- Inspecția dispozitivului
Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor

Deservirea tehnică 4

Se efectuează în luna august anului 2026.

Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate:

4008

- Inspecția aparatului
Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura.
Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfectiei.
- 5 lucrări de reparații la solicitare

AquaStore

- Inspecția stației

				• Verificarea parametrilor de funcționare a stației Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației Granumix 107S • Inspecția dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor Deservirea tehnică 5 Se efectuează în luna octombrie anului 2026. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației Granumix 107S • Inspecția dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor Deservirea tehnică 6 Se efectuează în luna decembrie anului 2026. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de funcționare a stației Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației Granumix 107S • Inspecția dispozitivului Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor Verificarea tehnică de siguranță anuală (Technical Safety Checks) Se efectuează pe parcursul anului 2026. Lucrări include vizita profilactică și verificări de siguranță a echipamentului. Lucrări planificate:	
--	--	--	--	--	--

					4008 Verificarea parametrilor tehnice a aparatului: presiune (pentru toate punctele de control), temperatura, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de sânge, senzorial ultra-sunet și optici. Funcționarea motoarelor. - Efectuarea măsurărilor de electrosecuritate. AquaStore - Inspekția stației - Verificarea parametrilor de operare: Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura, Verificarea senzoarelor de presiune, conductivitate, temperatura, productivitatea - Verificarea alarmelor de siguranță - Testarea funcțională în regim de producere a apei - Testarea funcțională în regim de clătire Granumix 107S Inspekția externă, verificare și eliminare defectelor: conexiuni a cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspekție și curățare de praf. Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunelor, contactelor, conectorilor electrice interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor <u>Cerințe suplimentare:</u> Achizitorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta: - utilizarea aparatului nerespectând regulile de exploatare; - a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație a Echipamentelor; - piese de schimb de ocazie	
Lotul 1						
TOTAL						

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**
Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**
Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153**