

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1551361722582

Denumirea procedurii de a Achiziționarea instrumentelor endoscopice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 3 Endoscop rigid 70 grade						
	3.1	Endoscop rigid 70 grade	7230CA	Germania	Karl Storz	Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316