

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1709124766260, ID: 21179686 din 06.03.2024
Obiectul achiziției: Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale, a. 2024

Cod CPV	Nr.lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producatorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Lotul 1: Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale, a. 2024	FG170 -1 set JK442 -1buc JK489-1buc JF223R -2buc JG785B -2buc JK090 -1 pachet	Germania	Aesculap AG BBraun	Setul va include: 1.Contraretractor, cu închidere cu bilă – 1 buc. 2.Speculă 40 mm – 1 buc. 3.Speculă 45 mm – 1 buc. 4.Speculă 50 mm – 1 buc. 5.Speculă 55 mm – 1 buc. 6.Speculă 60 mm – 1 buc. 7.Speculă 65 mm – 1 buc. 8.Lamă laterală 35 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 9.Lamă laterală 40 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 10. Lamă laterală 45 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 11.Lamă laterală 50 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 12.Lamă laterală 55 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 13. Lamă laterală 60 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 14. Lamă laterală 65 mm, închidere cu bilă – 1 buc. Notă! Speculele și lamele vor fi executate din inox medical și vor avea suprafață antireflecție, de culoare neagră. 15.Forcips pentru schimbarea lamelor – 1 buc. 16.Coș pentru amplasarea și depozitarea speculelor – 1 buc. 17. Coș pentru amplasarea și depozitarea lamelor – 1 buc.	Setul va include (FG170): 1.Contraretractor, cu închidere cu bilă – 1 buc. 2.Speculă 40 mm – 1 buc. 3.Speculă 45 mm – 1 buc. 4.Speculă 50 mm – 1 buc. 5.Speculă 55 mm – 1 buc. 6.Speculă 60 mm – 1 buc. 7.Speculă 65 mm – 1 buc. 8.Lamă laterală 35 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 9.Lamă laterală 40 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 10. Lamă laterală 45 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 11.Lamă laterală 50 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 12.Lamă laterală 55 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 13. Lamă laterală 60 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 14. Lamă laterală 65 mm, închidere cu bilă – 1 buc. Notă! Speculele și lamele vor fi executate din inox medical și vor avea suprafață antireflecție, de culoare neagră. 15.Forcips pentru schimbarea lamelor – 1 buc. 16.Coș pentru amplasarea și depozitarea speculelor – 1 buc. 17. Coș pentru amplasarea și depozitarea lamelor – 1 buc.	CE, ISO 13485, ISO 9001

					18.Container pentru sterilizare este un container de bază, cu dimensiuni minime de 590 mm x 285 mm x 135 mm, executat din aluminiu, fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor; prezența obligatorie a două (2) coșuri perforate, care vor fi compatibile cu containerul, din oțel inox. Capacul separat pentru container, executat din aluminiu, va avea lacăt cu click audibil pentru o închidere sigură; fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor, cu 2 spații de retenție și garnitură din silicon pentru filtrele reutilizabile. Spațiile din retenție vor avea o asigurare dublă pentru a evita eliberarea accidentată a filtrelor. Filtrele reutilizabile PTFE, incluse în capac, vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare; în mod obligatoriu, garanția de sterilizare de minim șase (6) luni va fi confirmată prin declarația producătorului. Vor fi incluse etichete de aluminiu, destinate pentru înscrierea denumirii secției specializate.	18.Container pentru sterilizare este un container de bază, cu dimensiuni minime de 590 mm x 285 mm x 135 mm, executat din aluminiu, fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor; prezența obligatorie a două (2) coșuri perforate, care vor fi compatibile cu containerul, din oțel inox. Capacul separat pentru container, executat din aluminiu, va avea lacăt cu click audibil pentru o închidere sigură; fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor, cu 2 spații de retenție și garnitură din silicon pentru filtrele reutilizabile. Spațiile din retenție vor avea o asigurare dublă pentru a evita eliberarea accidentată a filtrelor. Filtrele reutilizabile PTFE, incluse în capac, vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare; în mod obligatoriu, garanția de sterilizare de minim șase (6) luni va fi confirmată prin declarația producătorului. Vor fi incluse etichete de aluminiu, destinate pentru înscrierea denumirii secției specializate.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu