

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1744092706948 din 08.04.2025
Obiectul achiziției:	Utilaje medicale

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T						
Lotul nr. 1 - Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T	Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T Model HO-W103 MRI	China	Nanning Hhao Technology Co., Ltd	Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T Descriere: Construcție non-magnetică, fără componente feroase. Materiale certificate MR Conditional (compatibile RMN) pentru utilizare în zone cu câmp magnetic de 3T. Stabilitate ridicată și manevrabilitate ușoară. Cadru: Aluminu, titan sau oțel inoxidabil nemagnetic. Dimensiuni: Lățime totală: 50-70 cm. Lungime totală: 80-120 cm. Înălțime totală: 90-110 cm. Greutate maximă suportată: Minim 150 kg. Roți: 2 roți cu sistem de blocare/frână. Antistatice și nemagnetice. Șezut și spătar: Material: Poliuretan, vinil sau tapițerie medicală ignifugă, antibacteriană și ușor de curățat. Cotiere: Rabatabile sau detașabile pentru transfer facil al pacientului. Suport pentru picioare: Reglabil și rabatabil, fabricat din material nemagnetic. Siguranță: Centură de fixare ajustabilă pentru pacienți.	Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T Descriere: Construcție non-magnetică, fără componente feroase - DA ; Materiale certificate MR Conditional (compatibile RMN) pentru utilizare în zone cu câmp magnetic de 3T - DA ; Stabilitate ridicată și manevrabilitate ușoară - DA ; Cadru: Aluminu, non – magnetic - DA ; Dimensiuni: Lățime totală: 86 ± 2 cm Lungime totală: 95 ± 2 cm. Înălțime totală: 122 ± 2 cm. Greutate maximă suportată: 200 ± 10 kg. Roți: 2 roți cu frână - DA ; Antistatice și nemagnetice - DA ; Șezut și spătar: Material: Poliuretan, vinil sau tapițerie medicală ignifugă, antibacteriană și ușor de curățat. Cotiere: Rabatabile pentru transfer facil al pacientului - DA ; Suport pentru picioare: Reglabil și rabatabil, fabricat din material nemagnetic - DA ; Siguranță: Centură de fixare ajustabilă pentru pacienți - DA ;	

				Conformitate cu standardele internaționale ISO 13485 pentru dispozitive medicale. Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)	Conformitate cu standardele internaționale ISO 13485 pentru dispozitive medicale. Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)	
Lotul nr. 2 - Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla						
<u>Lotul nr. 2 - Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla</u>	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla Model HO-709A	China	Nanning Hhao Technology Co., Ltd	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla Descriere: Spătar reglabil Suport IV cu puncte de fixare standart Sarcina maximă ≥ 160 kg Frână cel puțin 2 roți Mânere pentru transportarea brancardei Bare laterale pliabile Reglarea înălțimii 45-85 cm Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete Spătar reglabil Saltea, rezistentă la prelucrare și apă Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Se va da prioritate produselor care sunt dispozitive medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla Descriere: Spătar reglabil - 0 - 60° ($\pm 5^\circ$) Suport IV cu puncte de fixare standart - DA; Sarcina maximă 200 $\pm$ 10 kg. Frână la 2 roți - DA; Mânere pentru transportarea brancardei - DA; Bare laterale pliabile - DA; Reglarea înălțimii 45-85 cm Este dotată cu roțile/bamper de protecție în toate 4 colțuri pentru evitarea lovirii de perete - DA; Spătar reglabil 0 - 60° ($\pm 5^\circ$) Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - DA; Cerințe: Anul producerii 2024. Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării - DA; Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - DA; Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - DA; Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție - DA; Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune 24-36 ore - DA; Documente confirmative: Certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză	

				conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate	
Lotul nr. 3 - Detector de metale compatibil IRM 3Tesla						
<u>Lotul nr. 3 -</u> Detector de metale compatibil IRM 3Tesla	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla Model MCD-5180	China	Nanning Hhao Technology Co., Ltd	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla Ușor de utilizat – prin simpla apăsare a comutatorului ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase. Alertă vizuală și audio. Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Se va da prioritate produselor care sunt dispozitive medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla Ușor de utilizat - prin simpla apăsare a comutatorului ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase – DA; Alertă vizuală și audio - DA; Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă - DA; Cerințe: Anul producerii 2024. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării - DA; Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - DA; Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - DA; Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T(a se vedea declarația) Manual de utilizator în limba română și engleză Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM ce atestă conformitatea produsului oferit.	
Total						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aelo Grup” SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3