

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779259176386/21621842 conform SIA RSAP M-Tender conform SIA RSAP M-Tender	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici « Teste indicatoare – 2026 »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Test indicator 121°C - (20 min. universal) în complet cu registru	STERILAN UP 121/20/ STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Test indicator 121°C - clas 5 (20 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	Test indicator 121°C - clas 5 (20 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor. Testele vor fi livrate după dorința beneficiarului. STERILAN UP 121/20 intern sau STERILAN 121/20-extern.	Nu este dispozitiv medical

Numele,Prenumele:Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779259176386/21621842 conform SIA RSAP M-Tender	
Denumirea procedurii de achiziție:	<i>Achiziție cu costuri mici «Teste indicatoare - 2026»</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
33198000-4	1. Test indicator 121°C - (20 min. universal) în complet cu registru	2000	buc	0,6450	0,6966	1290,00	1393,20	La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare	MD87TRPCCC518430A0017 2AA
	TOTAL					1290,00	1393,20		

Numele,Prenumele:Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia