

Specificații tehnice (F4.1)

din 21.06.2019

Numărul licitației: 21007958	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Dispozitive medicale pentru Centrul Perinatal de niv.II SR Edineț Conform necesitatilor IMSP Spitalul raional Edineț	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
330000000-0	Color Doppler System CHISON CBit8 + Cu patru sensori	CBit 8 + D3C60L + D7C10L + D7L40L + V4C40L	China	CHISON Medical Imaging Co., Ltd.	Conform anexa 1.1	APLICAȚII CLINICE - General, OB/GYN PROBE PORTURI - 4 Linear - 4,0 - 15,0 Mhz D7L40L Convex - 2.0 - 6.8 Mhz D3C60L Transvaginal - 4,0 - 15,0 Mhz D7C10L Volum 4D - 2.0 - 6.8 Mhz V4C40L NIVELE DE GRI - 256 PREPROCESARE, canale digitale - ≥120000 GAMA DINAMICA - ≥250dB M-mod - da M-mod și 2-D - da Harmonic imaging - da FHI 4-D (live 3-D) - da Tip - CW, PW, CFM Afișare frecvență - da Afișare viteză - da Power Doppler - da Duplex - da Triplex - da Măsurători digitale - da Diapazon dimamic selectabil - da Focalizare de transmisie ajustabilă - da Focalizare de recepție dinamică - da Măsurători pe reluarea video - da imagine în timp real - da imagine înghețată - da STOCARE IMAGINI Capacitate - 500GB Cine - da DICOM 3.0 COMPLIANT - da Elastografie - da GHID ACE Transrectal - da GHID ACE Transperineal - da MONITOR - 19" Pentru informație mai complet vezi anexa LOTUL 1.	CE
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23