

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694080375677 din 29.09.2023						
Obiectul achiziției: Consumabile p/u dispozitive medicale – 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
9. Defibrilator TEC-5521K	88888424	Franta	VLAD	9.1. Baterie internă - NiMH 12V, 3000mAh.	9.1. Baterie internă - NiMH 12V, 3000mAh.	CE
10. Defibrilator Cardio Aid 360-B	88889215	Franta	VLAD	10.1. Baterie internă - NiMH 10.8V, 3Ah.	10.1. Baterie internă - NiMH 10.8V, 3Ah.	CE
16. Ventilator de transport Draeger Oxilog 3000	88888151	Franta	VLAD	16.1. Baterie internă - Li Ion battery for Dräger Oxilog 2000 Plus, 3000, 3000 Plus vent type 2M86733.	16.1. Baterie internă - Li Ion battery for Dräger Oxilog 2000 Plus, 3000, 3000 Plus vent type 2M86733.	CE
18. UPS "SRT5KXLI, APC"	33192233	Franta	VLAD	18.1. Acumulator - 12V 5.4AH, Maintenance-free Sealed Lead-acid battery; Standby use: 13.5-13.8 V; Cycle use: 14.4-15.0 V; Initial current: less than 1.62 A.	18.1. Acumulator - 12V 5AH, Maintenance-free Sealed Lead-acid battery; Standby use: 13.5-13.8 V; Cycle use: 14.4-15.0 V; Initial current: less than 1.62 A.	CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocar VERA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**