

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21003976	Data: 08.02.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea materialelor de consum pentru serviciul de Dializa din IMSP ale R.Moldova pentru anul 2019	Lot: 1-4, 8, 9.	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolului	Țara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bunuri/Servicii								
1	33100000-1	Dializator, suprafața 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg	Elisio 11 L	Japonia	Nipro Corporation	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml 194,465.702 Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60	Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 11 ml/oră Volumul de umplere ≤ 69 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 188 2 creatinina ≥ 176 3 fosfați ≥ 146 4 vitamina B-12 ≥ 81	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
2	33100000-1	Dializator suprafața 1,3 - 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg	Elisio 13 L	Japonia	Nipro Corporation	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 90 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance</p> <p>Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 185</p> <p>2 creatinina ≥ 172</p> <p>3 fosfați ≥ 135</p> <p>4 vitamina B-12</p>	<p>Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 14 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 81 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance</p> <p>Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 192 2</p> <p>creatinina ≥ 182 3</p> <p>fosfați ≥ 153</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 92</p>	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
3	33100000-1	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Elisio 15 L	Japonia	Nipro Corporation	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 809,952.003 ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 16 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 194 2 creatinina ≥ 187 3 fosfați ≥ 161 4 vitamina B-12 ≥ 101	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
4	33100000-1	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Elisio 17 L	Japonia	Nipro Corporation	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 18 ml/oră Volumul de umplere ≤ 104 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 195 2 creatinina ≥ 191 fosfați ≥ 167 4 vitamina B -12 ≥ 109	3 ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
8	33100000-1	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	A.V. Fistula Needle AV 1625 HTC 15 R GT	Japonia	Nipro Corporation	<p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>33,962.507</p> <p>4 Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm 	<p>Ac pentru puncție, artera(fistuline), 16 G model: AV 1625 HTC 15R GT</p> <p>Cerinte generale:</p> <p>Contine Certificare Internațională (CE)</p> <p>Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare;</p> <p>Termen de garantie ≥ 3 ani:</p> <p>Marcaj de culoare corespunzatoare artera/vena</p> <p>Cerinte specifice:</p> <p>contine un orificiu latera (arterial);</p> <p>Contine clame integrate;</p> <p>Contine fluturasi pentru fixare cu totatie de 360 °;</p> <p>Are parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul acului 1,6 mm; - lungimea acului - 25mm; -lungimea tubului - 150 mm. 	ISO, CE

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
9	33100000-1	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	A.V. Fistula Needle AV 1625 HTC 15B GT	Japonia	Nipro Corporation	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16 G model: AV 1625 HTC 15B GT Cerințe generale: Contine Certificare Internațională (CE) Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare; Termen de garanție ≥ 3 ani: Marcaj de culoare corespunzatoare artera/vena Cerințe specifice: contine un orificiu latera (arterial); Contine clame integrate; Contine fluturasi pentru fixare cu totatie de 360 °; Are parametrii: - diametrul acului 1,6 mm; - lungimea acului - 25mm; -lungimea tubului - 150 mm.	ISO, CE
		Total						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Alexandru MÎRZA În calitate de: Director General Adjunct
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova