

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21348285, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1737102214371 din ”10” februarie 2025

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale pe parcursul anului 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 8. Analizatorul microbiologic VITEC 2 Compact						
Analizatorul microbiologic VITEC 2 Compact	VITEK® 2 COMPACT	SUA	bioMérieux Inc.	Mentenanță preventivă și corectivă, calibrare, testare	Mentenanța preventivă. Conform recomandărilor producătorului (se anexează). Include kitul de revizie. Mentenanța corectivă. Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă) / la solicitare. Timp de răspuns solicitare (scrisă sau telefonică): 3 ore. Timp de răspuns solicitare on site: 48 ore. Timp de soluționare 30 de zile, dacă implică piesa.	Recomandările producătorului, cerințele generale.

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1