

Specificatiile tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21374050, din ocds-b3wdp1-MD-1741003195812

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 7						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru analizatorul imunologic automat „Minividas”	miniVIDAS®, configurație completă	Franta	bioMérieux SA	Servicii de mentenanță si deservire anuală SILVER. Timpul de intervenție în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore, Kit de mentenanta pentru 12 luni original	Servicii de mentenanță si deservire anuală SILVER: 1 revizie anuală conform recomandărilor producătorului, piese/reactivi necesari la revizie (kit de mentenanță pentru 12 luni original); 2 intervenții în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă); Timp de răspuns solicitare on site 48 ore	Certificat de participare la instruire de la producator

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1