

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1658321068553 din 20.07.2022
Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical pentru anul 2022, repetat 2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ac Veress	26120JL	Germania	Karl Storz	Ac Veress L-13cm, Diametru 2.1mm, cu supapa, autoclavabil. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	<u>Pagina 1 catalog anexat</u> Ac Veress L-13 cm, Diametru 2.1 mm, cu supapa, autoclavabil. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lotul 2						
Foarfece Metzenbaum endoscopic(VATS Uniport)	34421MS/ 34331MS - unul la alegere	Germania	Karl Storz	Foarfece cu lame curbate si vârfuri contondente cu lungimea lamei 3.1cm , lungimea de lucru 32cm.lungimea totala 40-42cm,diametrul 8mm,fara cremaliera.	<u>Pagina 2 catalog anexat</u> Foarfece cu lame curbate si vârfuri contondente cu lungimea lamei 3.1cm , lungimea de lucru 32cm.lungimea totala 40-42cm,diametrul 8mm,fara cremaliera.	
Lotul 3						

Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook)	33563BC	Germania	Karl Storz	Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	<u>Pagina 3 catalog anexat</u> Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10 mm L-360 mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 34 mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
Lotul 4					
Pensa de prehensiunea atraumatica endoscopică (VATS Uniport)	33352R/ 33352MD/ 33352BA/ 33352M/ 33352K - unul la alegere	Germania	Karl Storz	Pensa de prehensiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport): cu fâlcă cu inel oval de 12 mm, curb stânga, cu cremaliera, lungimea de lucru 23.5cm, lungimea totala 33.5 cm, diametru 7 mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	<u>Pagina 4-8 catalog anexat</u> Pensa de prehensiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport): cu fâlcă cu inel oval de 16 mm, curb stânga, cu cremaliera, lungimea de lucru 23.5cm, lungimea totala 33.5 cm, diametru 5 mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
Lotul 6					

Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (100mm)	30160MA	Germania	Karl Storz	Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	<u>Pagina 9 catalog anexat</u> Canula (port laparoscopic) de 6 mm diametru, 105mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lotul 7						
Trocar pentru canulă 5,5-6mm (100mm)	30160P	Germania	Karl Storz	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 513, Reutilizabil, material inox medical, nesteril.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<u>Pagina 9 catalog anexat</u> Trocar pentru canulă 6 mm, 105 mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 513, Reutilizabil, material inox medical, nesteril.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lotul 8						

Trocar pentru canulă 11mm (100mm)	30103C	Germania	Karl Storz	*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lotul 9						
Canula de 11mm,cu insuflator (L-110mm)	30103MA	Germania	Karl Storz	Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110±10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	<u>Pagina 10 catalog anexat</u> Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 105 mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Lotul 10						

Împingător de nod extern	26596SK	Germania	Karl Storz	Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	<u>Pagina 11 catalog anexat</u> Împingător de nod extern: L- 360 mm., D - 5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
--------------------------	---------	----------	------------	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**