

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1623402250808	Data: „12” iulie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 61	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000-1	61	Microscop chirurgical ORL	Microscop chirurgical ORL	TIVATO 700	Carl Zeiss, Germania	Cerinte generale: Sistem integral pentru microscopie chirurgicală în domeniul otorinolaringologie pentru chirurgia gâtului, laringelui, nasului, implantare, s.a. domenii ORL 1 bucată 1. Caracteristici tehnice: a) Optica apocromatică cu acoperire antireflex, în multiple straturi Da b) Mărire cu oculare 12,5x , tub rotativ 180 ° f – 170, în diapazonul 1,4x – 16,2x c) Schimbarea măririi electromotorii line cu reglare de la mânerul microscopului Da d) Focusarea electromotoare lină se realizează prin varioscopul încorporat, regulindu-se de la mânerul microscopului Da e) Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, nu mai puțin 200-500 f) Sursă de lumină LED integrată Da g) Tub de bază – binocular rotativ, cu unghiul de rotire în diapazonul de nu mai puțin de, grade 0-180 h) Oculare cu unghi larg 12,5x (2 buc.), cu reglarea dioptriilor, nu mai puțin de +5/-8 i) Compensare/ameliorare a vibrațiilor mișcare a microscopului în timpul intervenției chirurgicale Da j) Stativ, mobil, de podea, cu blocaj centralizat Da k) Frîne electro-magnetice Da l) Balanța ghidată pentru echilibrarea sistemului Da m) Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor - Da n) Gestionare - prin intermediul manerelor multifunctionale, programabile și rotative sau prin intermediul monitorului (touch-screen) - Da o) Camera video integrată 1 Chip HD 1080p - Da p) Înregistrare video integrată, îmbunătățită cu streaming și compresie selectabilă pentru stocare și transmisie de date - Da q) Monitor 24 inch (touch-screen) integrat în dispozitiv - Da r) Pachet de rețea wireless WLAN și WiFi s) Deservire de la distanță -Da	Cerinte generale: Sistem integral pentru microscopie chirurgicală în domeniul otorinolaringologie pentru chirurgia gâtului, laringelui, nasului, implantare, s.a. domenii ORL 1 bucată 1. Caracteristici tehnice: a) Optica apocromatică cu acoperire antireflex, în multiple straturi Da b) Mărire cu oculare 12,5x , tub rotativ 180 ° f – 170, în diapazonul 1,4x – 16,2x c) Schimbarea măririi electromotorii line cu reglare de la mânerul microscopului - Da d) Focusarea electromotoare lină se realizează prin varioscopul încorporat, regulindu-se de la mânerul microscopului Da e) Distanța de operare fără schimb de lentile, lin variabil (varioscop), în diapazonul de mm, 200-500 f) Sursă de lumină LED integrată - Da g) Tub de bază – binocular rotativ, cu unghiul de rotire în diapazonul de nu mai puțin de, grade 0-180 h) Oculare cu unghi larg 12,5x (2 buc.), cu reglarea dioptriilor, +5/-8 i) Compensare/ameliorare a vibrațiilor mișcare a microscopului în timpul intervenției chirurgicale - Da j) Stativ, mobil, de podea, cu blocaj centralizat - Da k) Frîne electro-magnetice - Da l) Balanța ghidată pentru echilibrarea sistemului - Da m) Aspirare automată a draperiei pentru manipularea sterilă, fără obstrucții a microscopului și pentru o utilizare mai ușoară a huselor - Da n) Gestionare - prin intermediul manerelor multifunctionale, programabile și rotative sau prin intermediul monitorului (touch-screen) - Da o) Camera video integrată 1 Chip HD 1080p - Da p) Înregistrare video integrată, îmbunătățită cu streaming și compresie selectabilă pentru stocare și transmisie de date - Da q) Monitor 24 inch (touch-screen) integrat în dispozitiv - Da r) Pachet de rețea wireless WLAN și WiFi s) Deservire de la distanță -Da	ISO, EC

						2. Accesorii: a) Set de capace de cauciuc sterilizabile Da b) Huse sterile, nu mai puțin de, buc 5 c) Instrucțiunea de utilizare în limba română. d) Instrucțiune tehnică/de service un limba română/engleză/rusă Da e) Certificat de conformitate CE Mark Da Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător *Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: *Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. *Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv.	2. Accesorii: a) Set de capace de cauciuc sterilizabile - Da b) Huse sterile, nu mai puțin de, buc 5 c) Instrucțiunea de utilizare în limba română. d) Instrucțiune tehnică/de service un limba română/engleză/rusă - Da e) Certificat de conformitate CE Mark Da Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător *Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: *Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). *Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. *Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza), laminat atasat de dispozitiv.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: Mun. **Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 115**