

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21049165 din 27.01.2022

Obiectul achiziției: *Servicii de mentenanță preventivă/corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Accelerator liniar de particule Clinac DHX, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2008	Accelerator liniar de particule Clinac DHX.	EU	Varian Medical System	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar, in cazul in care vor fi disponibile la Beneficiar.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Facturarea serviciilor de mentenanata preventiva/corectiva se va efectua trimestrial, imediat dupa efectuarea reviziei tehnice planificate. Factura va cuprinde toata perioada trimestrului, indiferent de statutul echipamentului.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon de 1 - 2 ore.</p> <p>Intervenția la dispozitiv 72 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	CE

					Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse – atasate la oferta; Compania Intermed SRL va instala doar piese noi, procurate si livrate de la producatorul Varian Medical System.	
Sistem de brahiterapie GammaMedPlus 3/24, Prod. Varian Medical Systems, Inc., Anul 2006	Pachet “Elements 3” – 3 surse de Iridiu 192	EU	Varian Medical Systems	Livrarea și instalarea a 3 surse de iradiere Ir-192 și scoaterea din țară a surselor utilizate, efectuarea lucrărilor de mentenanță conform manualului tehnic al dispozitivului. Livrarea și instalarea kiturilor de piese necesare în procesul de mentenanță preventivă sau corectivă. Graficul înlocuirii surselor de Ir-192 se coordonează preventiv cu beneficiarul. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 72 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Livrarea și instalarea a 3 surse de iradiere Ir-192 și scoaterea din țară a surselor utilizate, efectuarea lucrărilor de mentenanță conform manualului tehnic al dispozitivului. Livrarea și instalarea kiturilor de piese necesare în procesul de mentenanță preventivă sau corectivă. Graficul înlocuirii surselor de Ir-192: 1 sursa Ir-192 la fiecare 4luni. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Facturarea si Achitarea se va efectua pentru fiecare sursa Ir-192 livrata catre Beneficiar. Timpul de răspuns la telefon de 1-2 ore. Intervenția la dispozitiv 72 ore. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse – se ataseaza;	CE
Computer Tomograf Discovery RT, Prod. GE Healthcare Technologies, Anul 2018	Computer Tomograf Discovery RT	EU	GE Healthcare	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. Instruirea personalului. Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Verificarea modulelor mecanice și electronice. Verificarea parametrilor câmpului luminos. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea conform recomandărilor producătorului. Deservirea printerului DryStar 5300: curatarea. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului pentru diagnostic. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Facturarea si Achitarea se va efectua trimestrial, pentru fiecare revizie efectuată. Facturarea serviciilor de mentenanata preventiva/corectiva se va efectua trimestrial,	Declaratie de Conformitate

				<p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	<p>imediat după efectuarea reviziei tehnice planificate. Factura va cuprinde toată perioada trimestrului (6 luni), indiferent de statutul echipamentului.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon de 1-2 ore.</p> <p>Intervenția la dispozitiv 72 ore.</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: N. Chicu

În calitate de: administrator

Ofertantul: „Intermed” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2