



9 Scoateți lanțeta răsucind mai întâi capacul dispozitivului. Aruncați în siguranță lanțeta utilizată prin pasarea discului de protecție pe o suprafață dură și împingând vârful lanțetei în disc.



10 Găsiți electrodul înainte pentru a elimina lanțeta utilizată. Aruncați lanțetele în conformitate cu regulamentele locale.

Locurile Alternative pentru Testare (AST)



NOTA

- Aceasta opțiune nu este disponibilă pentru toate dispozitivele. Consultați Ghidul Utilizatorului sistemului dvs. pentru a afla dacă puteți efectua AST (testarea în locuri alternative).
- Nu atingeți capacul după fiecare utilizare.

Testarea în locuri altale decât vârful degetului este numită testare în locuri alternative (AST). Vă rugăm să citiți secțiunea Locuri Alternative pentru Testare și capacul, utilizați un săpun și apă pentru a șterge și a curăța dispozitivul de înțepare. NU clățiți dispozitivul sub apă.

Înlocuiți capacul dispozitivului de înțepare cu capacul curat pentru testarea în locuri alternative. Trageți napoi de mânerul cu arc până se aude un click caracteristic.

Atunci când înțepați antebrațul, brațul superior sau mâna, evitați zonele cu vene evidente, în scopul de a preveni sângerarea în exces.

Curățarea și dezinfectarea dispozitivului de înțepare și a capacului

Lanțetele sunt destinate doar pentru o singură utilizare. Dispozitivul de înțepare este reutilizabil. Pentru a curăța dispozitivul de înțepare și capacul, utilizați un săpun și apă pentru a șterge și a curăța dispozitivul de înțepare. NU clățiți dispozitivul sub apă.

Dezinfectați capacul prin pasarea acestuia în alcool 70%, timp de 10 minute și apoi lăsați-l să se usuce la aer. NU așezați dispozitivul într-o mașină de spălat vase sau nu utilizați detergenți.

ATENȚIE

1. În cazul în care rezultatul testului pentru sângele obținut de la locul de puncție nu se potrivește cu modul în care vă simțiți, contactați medicul specialist.
2. Înainte de a vă decide să utilizați sânge din alte locuri decât vârful degetului, consultați medicul specialist.
3. În cazul în care dispozitivul de înțepare este utilizat de o a doua persoană care oferă asistență de testare utilizatorului, dispozitivul de înțepare trebuie curățat și dezinfectat înainte de utilizare de către a doua persoană. A doua persoană trebuie să poarte mănuși de protecție pentru toate etapele atunci când oferă asistență pentru testare.
4. Păstrați întotdeauna dispozitivul de înțepare cu toate componentele sale și lanțetele deparate de copii.
5. Folosiți doar modelul de lanțete TD-5084 pentru dispozitivul de înțepare TD-5010. Altele lanțete nu pot fi utilizate cu acest dispozitiv de înțepare.
6. Depozitați dispozitivul de înțepare neavând nici o lanțetă introdusă.
7. În cazul în care a avut loc un incident grav în legătură cu dispozitivul, acesta ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientului.

Informații Simboluri

Semnificația Simbolului		Semnificația Simbolului	
	Consultați Instrucțiunile de utilizare		Atenție
	Producător		Conformitate RoHS
	Numărul Lotului		Dispozitiv medical
	Marcajul CE pentru lanțete		Data producerii
	Nu reutilizați (doar lanțete)		Marcajul CE pentru dispozitiv de înțepare
	Valabil până la data de (doar lanțete)		Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
	Sterilizat prin iradiere (doar lanțete)		

RE Reprezentant autorizat în UE
MD Medical EC-REP GmbH
 Borsstrasse 10, 49163 Munder, Germany

Importator în România:
 BIO LIFE SYSTEMS SRL
 Str. Ion Său 7 c.1
 Craiova, Jud. Drajova, 507055

Importator în Republica Moldova:
 BIO LIFE SYSTEMS SRL
 Chișinău, str. N. Testemiracu, 3/18
 MD-2025, Republic of Moldova
 tel: 022-285.799; hotline: 800.77.0.77

TalDoc Technology Corporation
 B1-775, No. 277, Wangang 2nd Rd,
 Wujiao Industrial, 24888 New Taipei City, Taiwan
 www.taldoc.com

Model Nr. Lancetă Sterilă: TD-5084
 Model Nr. Dispozitiv Înțepare: TD-5010

