

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1708074428952 din 28 martie 2024									
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024 - REPETAT									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	15	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Lentila i/o TFNT00	USA	Alcon	Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții moderate 1,5D. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV și lumina albastră. Optic biconvex, asferic cu zona difractivă de 4.5 mm.. Partea optică cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.55. Constanta A: metoda biometrică - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrică +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrică +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrică +31.0...+34.0D. Cu o putere de adăugare pentru vedere intermediară de +2.17D și vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Alcon surgical product guide p.22	TFNT00; DM000390687
33100 000-1	28	Implant pentru chirurgia filtrantă a glaucomului	Implant pentru chirurgia filtrantă a glaucomului	EXPRESS GLAUCOMA FILTRATION	USA	Alcon	Implant oftalmic biocompatibil, model P50, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.	Implant pentru chirurgia filtrantă a glaucomului, steril EU Surgical Product Catalogue p.69	24053;DM000654153