

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

nr. 21359670/ ocds-b3wdp1-MD-1738747231204 din 05.02.2025						
Obiectul achiziției: Accesorii pentru dispozitivul medical (Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70) pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70	Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 Model: C1-6-D PN: H40472LT DM000734872	Norvegia	GE Healthcare si GE Vingmed Ultrasound AS	Sondă convexă Model: C1-6-D compatibilă cu sistemul ecografic VIVID S70; Producător: GE Healthcare Tehnologia prezentă XDclear. Frecvența de lucru 1-6 MHz; Lățimea sondei/FOV 70°; Adâncimea de scanare 50 cm; Numărul de cristale 192; Recomandata pentru aplicațiile: Fetal/Obstetrică, Abdomen, Toracic/Pleural, Vascular Perifirial, Urologie, Intervetional/Compatibil cu Ghidul de biopsie. Termen de garanție min. – 12 luni Cerințe suplimentare pentru ofertant: - Să efectueze instalarea componentelor respective, - Să efectueze conectările respective, - Să efectueze lucrările de reconfigurare, la necesitate, - Să asigure punerea în funcțiune și efectuarea testelor corespunzătoare, - Să asigure eliberarea procesului-verbal referitor la serviciile prestate, - Să asigure calitatea bunurilor și a serviciilor efectuate, - Să asigure efectuarea serviciilor de către ingineri calificați și autorizați de către producător.	DA Sondă convexă Model: C1-6-D DA compatibilă cu sistemul ecografic VIVID S70; DA Producător: GE Healthcare DA Tehnologia prezentă XDclear. DA Frecvența de lucru 1-6 MHz; DA Lățimea sondei/FOV 70°; DA Adâncimea de scanare 50 cm; DA Numărul de cristale 192; DA Recomandata pentru aplicațiile: Fetal/Obstetrică, Abdomen, Toracic/Pleural, Vascular Perifirial, Urologie, Intervetional/Compatibil cu Ghidul de biopsie. Confirmarea pag. 21 din Vivid S70N Datasheet DA Termen de garanție - 12 luni Cerințe suplimentare pentru ofertant: - DA se va efectua instalarea componentelor respective, - DA se va efectua conectările respective, - DA se va efectueze lucrările de reconfigurare, la necesitate, - DA se va pune în funcțiune și efectuarea testelor corespunzătoare, - DA se va asigura eliberarea procesului-verbal referitor la serviciile prestate, - DA se va asigura calitatea bunurilor și a serviciilor efectuate, - DA se va asigura efectuarea serviciilor de către ingineri calificați și autorizați de către producător.	Certifiact CE/ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2