

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocde-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 25.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

*(semnătura autorizată)*

## **DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei**

**Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**  
**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,**  
**Chișinău str. Cosmescu 3**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:  
"Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical  
conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară  
23)"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-  
1690454461536 din 28.08.2023

pentru o durată de 120 ( una sută douăzeci ) zile, respectiv până la data de  
26.12.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând  
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 25.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_  
*(semnătura autorizată)*



## Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: |                     |                                          |                                                         |                 |         | ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Obiectul achiziției:             |                     |                                          |                                                         |                 |         | Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Nr. Lot                          | Denumire Lot        | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului                                     | Țara de origine | Produce | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință                           |
| 1                                | 2                   | 3                                        | 4                                                       | 5               | 6       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                |
| 48                               | Saltea cu compresor | Saltea cu compresor                      | 28566<br>BUBBLE AIR MATTRESS + COMPRESSOR (28564+28565) | Italy           | Gima    | Saltea antiescare cu pompa<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit.<br>Materialul PVC<br>Lungimea ≥ 2m<br>Latimea ≥ 90 cm<br>Grosimea ≥ 7 cm<br>Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg<br>Pompa de aer | Saltea antiescare cu pompa<br>Parametrul Specificația<br>Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit.<br>Materialul PVC(Brosura Bubble air mattress pag.1 "Material:PVC")<br>Lungimea - 2m(Brosura Bubble air mattress pag.1 "total size 200 x 90 x 7 cm")<br>Latimea - 90 cm(Brosura Bubble air mattress pag.1 "total size 200 x 90 x 7 cm")<br>Grosimea - 7 cm(Brosura Bubble air mattress pag.1 "cell height 7 cm (2.7)")<br>Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg(Brosura Bubble air mattress pag.1 "Suitable for persons up to :135kg")<br>Pompa de aer compatibil cu saltea(vezi brosură BUBBLE AIR MATTRESS Pag.1"Pump System") | ISO, CE<br>Cod inregistrare AMDM:<br>DM000148048 |

|    |                                   |                                   |                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 73 | Analizator semi-automat, de urină | Analizator semi-automat, de urină | H-100<br>Dirui H-100 Urine Analyzer | China | Dirui | <p>Analizator semi-automat, de urină<br/>                     Cod 150100</p> <p>Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Productivitate în regim normal <math>\geq 60</math> teste/ora</p> <p>Teste chimice Bilirubin</p> <p>Sînge (hematii)</p> <p>Glucoză</p> <p>Corpi cetonici</p> <p>Esterază leucocitară</p> <p>Nitrați</p> <p>pH</p> <p>Proteine</p> <p>Greutatea specifică</p> <p>Urobilinogen</p> <p>Data management Interfață LIS bidirecțională</p> <p>Memorie internă</p> <p>Monitor LCD sau LED</p> <p>Imprimantă</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Consumabile</p> <p>Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei <math>\geq 1000</math> benzi</p> <p>Termenul de valabilitate din ziua livrării <math>\geq 6</math> luni</p> | Vezi anexa Dirui H-100 | ISO, CE<br>Cod inregistrare<br>AMDM:<br>DM000371883 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

| Anexa DIRUI H-100              |                                                                                                                                                                                |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod                            | 150100                                                                                                                                                                         |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descriere                      | Analizator automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parametrul                     |                                                                                                                                                                                | Specificația   |    | Comentarii                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Productivitate în regim normal |                                                                                                                                                                                | ≥ 60 teste/ora | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Speed /60 t/h or 120t/h - Analizatorul are 2 regimuri de functionare 30 secunde sau 60 secunde pentru 1 test. Respectiv in dependenta de regim analizatorul poate face sau 60 sau 120 teste pe ora. |
| Teste chimice                  | Bilirubin                                                                                                                                                                      | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Bilirubi BIL                                                                                                                                                                                 |
|                                | Sînge (hematii)                                                                                                                                                                | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Blood BLD                                                                                                                                                                                    |
|                                | Glucoză                                                                                                                                                                        | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Glucose GLU                                                                                                                                                                                  |
|                                | Corpi cetonici                                                                                                                                                                 | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Ketone KET                                                                                                                                                                                   |
|                                | Esterază leucocitară                                                                                                                                                           | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Leucocytes LEU                                                                                                                                                                               |
|                                | Nitrați                                                                                                                                                                        | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Nitrite NIT                                                                                                                                                                                  |
|                                | pH                                                                                                                                                                             | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /pH pH                                                                                                                                                                                        |
|                                | Proteine                                                                                                                                                                       | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Protein PRO                                                                                                                                                                                  |
|                                | Greutatea specifică                                                                                                                                                            | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Specific Gravity SG                                                                                                                                                                          |
|                                | Urobilinogen                                                                                                                                                                   | da             | Da | "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Urobilinogen UBG                                                                                                                                                                             |

|                                                                               |                        |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data management</b>                                                        | <b>Interfață LIS</b>   | bidirecțională | Da | “H-100 User Manual” pagina 11: Connect with computer / The analyzer can be connected with the computer through the serial port cable. Insert one end of the serial port cable into the serial port at the back of the analyzer (Figure 2-3-3) and the other end into the serial port of the computer. + “H-100 User Manual” pagina 34: Appendix B Interface for Communicating with Computer – Interfata LIS reprezinta comunicarea dintre analizator si calculator extern, ceea ce descrie producatorul DIRUI in manualul de utilizare al dispozitivului. |
|                                                                               | <b>Memorie internă</b> | da             | Da | “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /Storage/5000 records                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Monitor</b>                                                                | <b>LCD sau LED</b>     | da             | Da | “H-100 User Manual” pagina 7: Analyzer Structure/Storage/Input & Output System: includes keyboard, LCD, thermal printer + “H-100 User Manual” pagina 7 figura “Figure 1-4-1”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Imprimantă</b>                                                             |                        | da             | Da | “H-100 User Manual” pagina 7: Analyzer Structure/Storage/Input & Output System: includes keyboard, LCD, thermal printer + “H-100 User Manual” pagina 7 figura “Figure 1-4-1”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alimentarea</b>                                                            |                        | 220 V, 50 Hz   | Da | “H-100 User Manual” pagina 6: Technical Specifications /(4)Power Supply: 100-240V~, 50 /60Hz – dispozitivul functioneaza in diapazonul de 100-240V si 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Consumabile</b>                                                            |                        |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Să fie inclus benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus</b> |                        | ≥ 1000 benzi   | Da | SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu cel puțin 1000 de benzi de testare cu cei 10 parametri descrisi in specificatia tehnica de mai sus si cu tot necesarul pentru a efectua cel puțin 1000 de teste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Termenul de valabilitate din ziua livrării</b>                             |                        | ≥ 6 luni       | Da | SRL Biosistem mld va livra impreuna cu analizatorul teste / consumabile/reagenti si tot ce este necesar cu un termen de valabilitate mai mare de 6 luni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

IDNO: 1010600028C  
adresa: str. Albișoara  
tel. +373-22-808719,  
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



# BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 23  
la Documentația standard  
conform Ordin MF Nr. 115  
din 15.09.2021

## Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: |                                   |                                          |                    |            | ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023                                                                                                             |                      |               |             |                                                                                                           |            |                              |            |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Obiectul achiziției:             |                                   |                                          |                    |            | Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23) |                      |               |             |                                                                                                           |            |                              |            |
| Nr. Lot                          | Denumire Lot                      | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA)                                                                                                                                  | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare                                                                             | Cod CPV    | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| <u>1</u>                         | <u>2</u>                          | <u>3</u>                                 | <u>4</u>           | <u>5</u>   | <u>6</u>                                                                                                                                                | <u>7</u>             | <u>8</u>      | <u>9</u>    | <u>10</u>                                                                                                 | <u>11</u>  | <u>12</u>                    | <u>13</u>  |
| 48                               | Saltea cu compresor               | Saltea cu compresor                      | bucată             | 8          | 922.27                                                                                                                                                  | 1 106.72             | 7 378.16      | 8 853.76    | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33100000-1 | -                            | -          |
| 73                               | Analizator semi-automat, de urină | Analizator semi-automat, de urină        | bucată             | 1          | 2 350.00                                                                                                                                                | 2 820.00             | 2 350.00      | 2 820.00    | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33100000-1 | -                            | -          |
| TOTAL Oferta                     |                                   |                                          |                    |            |                                                                                                                                                         |                      | 9 728.16      | 11 673.76   |                                                                                                           |            |                              |            |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;  
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău  
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519  
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea  
Procedurii de achiziție Nr:  
ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023  
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022
- Va asigura organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2021-10-EEE-005

Data completării: 25.08.2023

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld \_\_\_\_\_  
(semnătura )