

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758113424534 din 17 sept 2025, 15:54
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 109. Teacă armată lungă	BRAIDED INTRODUCER (COIL) INT4F45T INT4F60T INT4F90T INT4F100T INT5F45T INT5F60T INT5F90T INT5F100T INT6F45T INT6F60T INT6F90T INT6F100T INT7F45T INT7F60T INT7F90T INT7F100T	Polonia	Balton sp. z o.o.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Teacă armată lungă Servește în calitate de cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.; Vârf conic, atraumatic.; Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală. Radiopacitate triplă: teacă –	!!! Oferta pentru cerinte alternative atribuit acestui lot Servește la introducerea și schimbul cateterelor și electrozilor endocavitari. Vârf atraumatic.; Flexibilitate și trasabilitate înaltă, rezistent la kinking; Vârf radiopac pt vizibilitate înaltă. Compadibilitate ghid: 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii	DM000812046 DM000812047 DM000812048 DM000812049 DM000812050 DM000812051 DM000812052 DM000812053 DM000812054 DM000812055 DM000812056 DM000812057 DM000812058 DM000812059 DM000812060 DM000812061 DM000812062 DM000812063 DM000812064

	INT8F45T INT8F60T INT8F90T INT8F100T INT9F45T INT9F60T INT9F90T INT9F100T			prin spirală de armare, dilator și inel din aur încastrat în teacă la 5 mm de la vârf.; Compadibilitate ghid: 0,038"; Valva hemostatică de tip "cross-cut"; Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Teacă ghid cu lungimi 45-90 cm Diametre disponibile: 5,6,7 și 8 Fr Diametru exterior: 2,4 Fr. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni). SAU (cerințe alternative): Servește la introducerea și schimbul cateterelor și electrozilor endocavitari. Vârf atraumatic.; Flexibilitate și trasabilitate înaltă, rezistent la kinking; Vârf radiopac pt vizibilitate înaltă. Compadibilitate ghid: 0,035". Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Teacă ghid cu 3 lungimi în intervalul 45-90 cm; Diametre disponibile: 5,6,7,8 Fr (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Teacă ghid cu 3 lungimi în intervalul 45-90 cm, suplimentar se ofera și 100cm; Diametre disponibile: 5,6,7,8, suplimentar și 9 Fr. (pag. 29) (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	DM000812065 DM000812066 DM000812067 DM000812068 DM000812069
--	--	--	--	--	--	---

Lot 166. Stent tip flow-diverter cu profil ingust	Silk Vista	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Design asemănător unei plase îpletite din 48 fire ce menține o forța circumferențială permanentă. Cele 48 de fire sunt formate din Nitinol la exterior și Platinum la interior ce asigură o vizibilitate amplificată pe toată lungimea stentului. Sistemul de livrare conține un ghid-pusher din nitinol, 200cm lungime, ce conține în strutura sa fire îpletite radioopace de 9mm la capătul distal pentru o vizibilitate sporită în timpul amplasării stentului și marker proximal. Stentul poate fi retras până la 90% în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Diametre: 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 4.75 mm (stent nominal); 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 (stent neconstrâns). Lungimi: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (stent nominal); 11.50, 12, 15, 15.50, 18, 18.50, 19, 19.50, 21, 22, 22.50, 26.50, 30 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare I.D. Ø .021” Diametre varianta baby: 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25 mm (stent nominal); 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 mm (stent neconstrâns).	Design asemănător unei plase îpletite din 48 fire ce menține o forța circumferențială permanentă. Cele 48 de fire (pag. 2) sunt formate din Nitinol la exterior și Platinum la interior ce asigură o vizibilitate amplificată pe toată lungimea stentului. Sistemul de livrare conține un ghid-pusher din nitinol, 200cm (pag. 3) lungime, ce conține în strutura sa fire îpletite radioopace de 9mm (pag. 3) la capătul distal pentru o vizibilitate sporită în timpul amplasării stentului și marker proximal. Stentul poate fi retras până la 90% (pag. 4) în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Diametre: 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 4.75 mm (stent nominal); 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 (stent neconstrâns). Lungimi: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (stent nominal); 11.50, 12, 15, 15.50, 18, 18.50, 19, 19.50, 21, 22, 22.50, 26.50, 30 mm (stent neconstrâns). (pag. 6) Cateter de livrare I.D. Ø .021” (pag. 5) Diametre varianta baby: 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25 mm	DM000635048 DM000635049 DM000635050 DM000635054 DM000635055 DM000635056 DM000635057 DM000635051 DM000635052 DM000635053 DM000635058 DM000635059 DM000635060 DM000635061 DM000635062 DM000635063 DM000635064 DM000635065 DM000635066 DM000635067 DM000635068 DM000635069 DM000635070 DM000635071 DM000635072 DM000635073 DM000635074 DM000635075 DM000635076 DM000635077 DM000635078 DM000635079 DM000635080
	SILK_V_3,50X15 SILK_V_3,50X20 SILK_V_3,50X25 SILK_V_3,50X30 SILK_V_3,50X35 SILK_V_3,50X40 SILK_V_3,75X15 SILK_V_3,75X20 SILK_V_3,75X25 SILK_V_3,75X30 SILK_V_4,00X15 SILK_V_4,00X20 SILK_V_4,00X25 SILK_V_4,00X30 SILK_V_4,25X15 SILK_V_4,25X20 SILK_V_4,25X25 SILK_V_4,25X30 SILK_V_4,50X15 SILK_V_4,50X20 SILK_V_4,50X25 SILK_V_4,50X30 SILK_V_4,75X15 SILK_V_4,75X20 SILK_V_4,75X25 SILK_V_4,75X30 Silk Vista Baby SILK_V_2,25X10 SILK_V_2,25X15 SILK_V_2,25X20 SILK_V_2,75X10 SILK_V_2,75X15					

	SILK_V_2,75X20 SILK_V_2,75X25 SILK_V_2.50x10 SILK_V_2.50x15 SILK_V_2.50x20 SILK_V_3.00x10 SILK_V_3.00x15 SILK_V_3.00x20 SILK_V_3.00x25 SILK_V_3,25X10 SILK_V_3,25X15 SILK_V_3,25X20 SILK_V_3,25X25			Lungimi varianta baby: 10.5, 11, 12.5, 15, 16, 16.5, 17, 20, 21, 22, 26, 26.5 mm (stent nominal); 7, 8, 8.5, 9, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 15, 15.5, 17, 18, 18.5 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare pentru varianta baby, I.D. Ø .017".	(stent nominal); 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 mm (stent neconstrâns). Lungimi varianta baby: 10.5, 11, 12.5, 15, 16, 16.5, 17, 20, 21, 22, 26, 26.5 mm (stent nominal); 7, 8, 8.5, 9, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 15, 15.5, 17, 18, 18.5 mm (stent neconstrâns). (pag. 6) Cateter de livrare pentru varianta baby, I.D. Ø .017". (pag. 5)	DM000635081 DM000635082 DM000635083 DM000635084 DM000635085 DM000635086 DM000635087 DM000635088 DM000635089 DM000635090 DM000635091
Lot 167. Clei cianocrilat	Magic glue MG121	Franța	PETERS SURGICAL	Agent embolic lichid indicat în embolizarea malformații arteriovenoase (MAV). Este un implant de embolizare arterială și venoasă datorită acțiunii sale hemostatice aplicat în domeniile neuroradiologiei și radiologiei intervenționale. Agent embolic lichid, steril, translucenț, compus din monomeri n-hexyl-cyanoacrylate. Datorită structurii sale chimice oferă o polimerizare mai lentă ce oferă un timp de injectare mai lung și rezistență adezivă mai mică la microcateter. Rămîne în formă lichidă până când intră în contact cu țesutul sau mediul umed și apoi polimerizează în câteva secunde. Este aplicat în	Agent embolic lichid indicat în embolizarea malformații arteriovenoase (MAV). Este un implant de embolizare arterială și venoasă datorită acțiunii sale hemostatice aplicat în domeniile neuroradiologiei și radiologiei intervenționale. Agent embolic lichid, steril, translucenț, compus din monomeri n-hexyl-cyanoacrylate (pag. 3). Datorită structurii sale chimice oferă o polimerizare mai lentă ce oferă un timp de injectare mai lung și rezistență adezivă mai mică la microcateter. Rămîne în formă lichidă până când intră în contact cu țesutul sau mediul umed și apoi polimerizează în câteva	DM000636268

				soluție cu un lichid de contrast. Se prezintă în fiole de 1ml ambalat în blister steril.	secunde. Este aplicat în soluție cu un lichid de contrast. Se prezintă în fiole de 1ml ambalat în blister steril (pag. 1).	
Lot 168. Ghid 014 dublu angulat	Hybrid HYBRID007D HYBRID007J HYBRID008D HYBRID008J HYBRID007D.120 HYBRID1214D HYBRID1214DA HYBRID014D HYBRID10D300 HYBRID12D300	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oțel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilică cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm. Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer si ac introductor.	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oțel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilică cu PTFE (pag. 4). Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm (pag. 3). Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer si ac introductor (pag. 5).	DM000636131 DM000636135 DM000636133 DM000636136 DM000636139 DM000636138 DM000636134 DM000636132 DM000636130 DM000636137
Lot 169. Spirale libere pentru injectare	Spif SPIF2,5x5P10 SPIF2,5x10P10 SPIF2,5x20P10	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Spirele libere sunt destinate embolizării malformațiilor vasculare (AVM și Fistule). Forma ultra subțire oferă o compactare mai definită. Diametrul primar OD 0,19mm/.007” a spirei permite injectarea prin microcateter de 1.2Fr. Datorită construcției din Platinum sunt total vizibile oferind un control avansat. Livrarea acestora este realizată cu metoda unică prin injectare cu lichid (denumită Pressure Cooker Tehnique). Spirala vine deja încărcată într-un introductor	Spirele libere sunt destinate embolizării malformațiilor vasculare (AVM și Fistule). Forma ultra subțire oferă o compactare mai definită. Diametrul primar OD 0,19mm/.007” a spirei permite injectarea prin microcateter de 1.2Fr (pag. 2). Datorită construcției din Platinum sunt total vizibile oferind un control avansat. Livrarea acestora este realizată cu metoda unică prin injectare cu lichid (denumită Pressure Cooker Tehnique).	DM000634766 DM000634765 DM000634757

				asemănător unei teci pentru transfer ușor într-un microcateter. Diametru: 2.5mm Lungimi: 5, 10, 18.5cm	Spirala vine deja încărcată într-un introducător asemănător unei teci pentru transfer ușor într-un microcateter. Diametru: 2.5mm Lungimi: 5, 10, 18.5cm (pag. 1).	
Lot 170. Balon cerebral de dimensiuni mari	Copernic COPERNIC10 COPERNIC15 COPERNIC20 COPERNIC30 SCOPERNIC10 SCOPERNIC15 SCOPERNIC20 SCOPERNIC30	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”(pag. 1). Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului (pag. 1). Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2 (pag. 2)	DM000634194 DM000634195 DM000634196 DM000634197 DM000634200 DM000634201 DM000634202 DM000634203

Lot 179. Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii	Magic MAGIC1.2F MAGIC1.2FM MAGIC1.2FM180 MA1.2FOLIVE MAGIC1.5F MA1.5FMP MA1.5FOLIVEMP MAGICSTD MAGICMP	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Microcateterele au o suplețe progresivă cu o parte proximală rigidă care permite controlul și navigabilitatea în sistemul vascular. Prin diametrul și caracteristicile de suplețe progresivă, aceste microcatetere sunt special concepute pentru cateterizarea vaselor distale sinuoase și cu diametru mic. Sunt destinate cateterizării vasculare selective și hiperselective în scop diagnostic și terapeutic. Format din 4 zone de tranziție (green, pink, white, turquoise) cu suplețe progresivă și rigiditate sporită de la distal la proximal, nu necesită ghid pentru navigare. Conține mandren. Partea proximală construită din polimer transparent pentru vizualizarea refluxului sangvin și bulelor. Partea distală conține un inel din Platinum radioopac. Indicat pentru tratamentul AVF, AVM și injectarea agentului adeziv. DMSO incompatibil. Diametre distal: • 1.2F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.23mm, .009", GW max. .007") • 1.5F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.28mm, .011", GW max. .008")	Microcateterele au o suplețe progresivă cu o parte proximală rigidă care permite controlul și navigabilitatea în sistemul vascular. Prin diametrul și caracteristicile de suplețe progresivă, aceste microcatetere sunt special concepute pentru cateterizarea vaselor distale sinuoase și cu diametru mic. Sunt destinate cateterizării vasculare selective și hiperselective în scop diagnostic și terapeutic. Format din 4 zone de tranziție (green, pink, white, turquoise) (pag. 1) cu suplețe progresivă și rigiditate sporită de la distal la proximal, nu necesită ghid pentru navigare. Conține mandren. Partea proximală construită din polimer transparent pentru vizualizarea refluxului sangvin și bulelor. Partea distală conține un inel din Platinum radioopac. Indicat pentru tratamentul AVF, AVM și injectarea agentului adeziv. DMSO incompatibil. Diametre distal: • 1.2F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.23mm, .009", GW max. .007") • 1.5F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.28mm, .011", GW max. .008")	DM000640869 DM000640875 DM000640878 DM000640871 DM000640884 DM000640883 DM000640887 DM000640891 DM000640892
---	---	---------------	-----------------------------------	--	---	--

				• 1.8F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.32mm, .013", GW max. .009") Lungimi: 155, 160, 165, 180 cm	• 1.8F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.32mm, .013", GW max. .009") Lungimi: 155, 160, 165, 180 cm (pag. 4)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Voronțov Alexei În calitate de: Director

Ofertantul: MED POWER SRL Adresa: Chișinău, str., N. Zelinski 34/4, of.55