

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1593697845348					Data: 25 iulie 2020	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Echipament medical”					Pozitia Nr.: <u>31.1</u>	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Aparat portabil pentru prelevarea probelor de aer pentru investigații microbiologice (poziția 31.1)	SPIN AIR	Spania	IUL	debitul volumului de aer: 100 litre/min, controlul electronic al vitezei și debitului de aer, volumul probei ajustabil de la 50 l până la 10m3, - timpul recoltării probei de la 1 sec-60 min, timer electronic ajustabil 3 sec-10 min, exteriorul din metalic plastificat, rezistent la dezinfectanți uzuali și acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosință cu d. 90 -100 mm, două poziție de prelevare a probelor 90°C și 180°C , cu ajutorul adaptorului montat in stativ, baterii reîncărcabile cu autonomie de funcționare minin de 4 ore, indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (data, imp,mediu de cultură, volumul probei, operator, locul prelevării), încărcător bateriec, geantă de tran; Accesorii: grilă oțel-inox, trepied (suport) din aluminiu, Manualul de utilizare tradus în limba română. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului.	debitul volumului de aer: 60,100 litre/min; controlul electronic al vitezei și debitului de aer, -volumul probei ajustabil de la 10 litri până la cca ~10 m3; - timpul recoltării probei: 6 sec ... cca 99 min timer electronic ajustabil 1 sec ... 60 min; exteriorul din metal + plastic; rezistent la dezinfectanți uzuali și acid peracetic, compatibil cu cutii Petri de unică folosință cu d. 90 -100 mm; opțional – compatibil cu cești Rodac (60 mm). poziții ajustabile de prelevare a probelor 90° și 180°; cu ajutorul adaptorului montat in stativ, - baterii reîncărcabile cu autonomie de funcționare până la 8 ore; indicator pentru baterie, trasabilitatea totală (cu bar cod reader inclus: operation number, start time, end time, aspired air volume, sample identification, operatorm limit to next calibration), Accesorii: support p/u ceașcă și capac – aluminiu, trepied (suport) din aluminiu; Manualul de utilizare tradus în limba română; Perioada de garanție: 1 an din momentul instalării echipamentului.	CE

Semnat: _____
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator