

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770995917569 din 13.02.2026						
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.2 Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar Model: BSC-700 IIA2- Z, STANDARD WITH BASE	China	JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD.	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclue clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclue clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate- da Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2- da Control controlat de microprocesor- da Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat- da Control automat al volumului de flux prezentat- da Interior: suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic - da Filtre: ULPA Prefiltru Eficiența de 99.9995% (Diameter:0.12μm) Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de 1000 lux-da	DM000415300

				în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz Alarmer: Acustică Vizuală Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.	Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$, da Afișaj digital-da Alimentarea $230\text{V} \pm 10\%$, 50 Hz-da Alarmer: Acustică-da Vizuală-da Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze, da-toate vor fi livrate conform listei.	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Anexa 23

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769773443734 din 30.01.2026									
	Obiectul de achiziției: Dulapuri metalice									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	Hotă cu flux laminar	bucată	5	59080,00	70896,00	295400,00	354480,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	Total:					295400,00	354480,00			

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia