

Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie			
Descriere	Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice		
Cod			
Parametrul			Specificația
Videoprosesor	Intrări cameră		≥1
	Controale / caracteristici	Ajustare nuanță	da
		Iluminare	auto
		Balans de alb	auto
		Acuitate	da
		Videocompensare	da
		Alte controale	zoom
	Ieșiri	RGB	1
		Y/C	≥1
		Digital (DVI/ HD-SDI)	da
Cromoscopie virtuală/digitală sau tehnologia anolgitic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes, cel puțin într-o singură treaptă.		da	
Sursa de lumină	Integrată sau separată		da
	Tip lampă		Xenon sau LED
	Timp de viață lampă	Xenon	≥500 h
		LED	≥3000 h
	Putere lampă	Xenon	≥ 150 W
	Lampă de rezervă Xenon / LED prezenta nu este obligatorie		da
	Contor lampă		da
Periferice disponibile	Display medical (sa se indice modelul cu specficatia tehnica)		≥ 21 inci
	Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode		Memory stick USB / HDD portabil
	Captura digitală (fotografie si video)		da
	Suport pe rotile (prezentarea modelului)		da
Sistem de furnizare a aerului/appei			minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml
Sistem de aspirație	Tip		Separat de procesor sa se indice modelul
	Volumul rezervorului		1/2 litri
	Vid		da
	Dirijarea nivelului de aspirare		în trepte
Accesorii:	Sursa de lumină separta sau integrata in video procesor		1 unit.
	Pompă		inclusă 0,3- 0,6 Pa
	Piesă bucală		2 unit.
	Tester automat sau manual		1 unit. (să se indice modelul)
	Filtre pentru aspirator		5 unit.
	Troliu		1 unit.
	Tip	HD	Rezoluția minimă 720x480 pix

Videogastroskop	Dimesiuni	Lungime de lucru	≥ 1000 mm
		Diametrul exterior	≤ 9.0 mm
		Diametrul capului distal	≤ 9.0 mm
		Marcaj de lungime	da
	Canal de lucru	Numărul de canale	≥1
		Diametrul	≥ 2,7 mm
	Optica	Unghiul câmpului vizual	≥ 140 grade
		Înclinația câmpului vizual	0 grade
		Adâncimea câmpului vizual	3-100 mm
	Tipul și unghiurile de deflecție	Sus/jos	210/90 grade
		Stînga/dreapta	90/90 grade
	Spălarea obiectivului		da
	Metode de sterilizare		Chimic
			Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
	Compatibilă cu tehnologia cromoscopie virtuală/digitală sau tehnologia anoligic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes		da
Certificate	CE / EEC valabil		da
Manual de utilizare	In limba romina sau rusa		da
Livrare si livrarea facuta de catre reprezentatul oficial			da