

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1675083937501 din 13.02.2023						
Obiectul de achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Reactivi și consumabile p/u coagulometru Coatron X, sistem închis						
Protrombin leofilizat AO 230-040 macrometoda	A0230-040	Germania	TECO	10 flx4 ml, N 800 teste	10 flx4 ml, N 800 teste	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Fibrinogen AO 511-050	A0511-050	Germania	TECO	10 flx5 ml N 2000 teste	10 flx5 ml N 2000 teste	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Buffer pentru fibrinogen AO 590-125	A0590-125	Germania	TECO	1fl x 125 ml	1fl x 125 ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de control Normal	P6001-010	Germania	TECO		1fl x 1 ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de control Patogen	P6101-010	Germania	TECO		1fl x 1 ml	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Cuve pentru coagulometru Coatron X	24 100 00	Germania	TECO		Cu cod de bare, amb. 500 buc.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -)8 ml, pentru 150 probe	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical		Set pentru determinarea ASO (set= latex reagent 4ml+test cu control 1ml + și 1ml -) 4 ml, pentru 100 probe . Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -)8 ml, pentru 150 probe	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical		Set pentru determinarea RF (set= latex reagent 4ml+test cu control 1ml + și 1ml -) 4 ml, pentru 100 probe. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -)8 ml, pentru 150 probe	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical		Set pentru determinarea CRP (set= latex reagent 4ml+test cu control 1ml + și 1ml -) 4 ml, pentru 100 probe. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

T3, set 96 godeuri, metoda Elisa	K211	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși în afară de controlul+ și – 5 calibratori. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
T4 set 96 godeuri, metoda Elisa	K212	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși în afară de controlul+ și – 5 calibratori. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
TSH set 96 godeuri, metoda Elisa	K201	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși în afară de controlul+ și – 6 calibratori. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Anti TPO set 96 godeuri, metoda Elisa	K131	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși în afară de controlul+ și – 5 calibratori. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Anti Tg set 96 godeuri, metoda Elisa	K132	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși în afară de controlul+ și – 5 calibratori. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
HBsAg set 96 godeuri metoda Elisa	EI-011	Ucraina	EKVITESTLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși controlul+ și – . Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO; Autorizație
Anti HCV sumar set 96 godeuri, metoda Elisa	EI-021	Ucraina	EKVITESTLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși controlul+ și – . Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO; Autorizație
Anti Hbcor sumar set 96 godeuri, metoda Elisa	EI-014	Ucraina	EKVITESTLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși controlul+ și – . Instrucțiunea se anexează.	Certificat ISO; Autorizație
Anti HAV IgM set 96 godeuri, metoda Elisa	EI-031	Ucraina	EKVITESTLAB	Cerințe generale*+Nota **,să fie incluși în afară de controlul+ și – calibratori.	Cerințe generale*+Nota **,sunt incluși controlul+ și – . Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reagent monocronal Anti A	8.02.04.5.0010	Jordan	Atlas Medical		Reagent monocronal Anti A, fl. 10 ml, 200 doze	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reagent monocronal Anti B	8.02.05.1.0010	Jordan	Atlas Medical		Reagent monocronal Anti B, fl. 10 ml, 200 doze	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reagent monocronal Anti D (IgM+IgG)	8.02.03.4.0010	Jordan	Atlas Medical		Reagent monocronal Anti D (IgM+IgG), fl. 10 ml, 200 doze	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reagent monocronal Anti D (IgM)	8.02.03.7.0001	Jordan	Atlas Medical		Reagent monocronal Anti D (IgM), fl. 10 ml, 200 doze	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Expres troponina T c	CG2001	China	Getein Biotech		Expres troponina Tnl	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Expres teste-card p/u 5 markeri hepatitei virale B	71014-1	SUA	LumiQuick		Expres teste-card p/u 5 markeri hepatitei virale B (HbsAg,HbsAb, HbeAg HbeAb Hbcor Ab)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale	8.04.38.0.0020	Jordan	Atlas Medical		Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori IgG	8.04.20.0.0020	Jordan	Atlas Medical		Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori IgG.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Vârf galben	318260	Italia	Syntesys		Vârf galben 0-200 mcl	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Vârf alb	318263	Italia	Syntesys		Vârf alb 1000-5000 mcl	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9