

Specificații tehnice

			Specificații tehnice						
Numărul licitației:			LP nr. 21065203				Data: 24 octombrie 2022		Alternativa nr.: N/A
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19)						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7		8
3310000-1	4	Frigider de laborator	EKT-725	Turcia	Emsaş	Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea reagenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea reagenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate 500 L ±100L, - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C. - rafturi reglabile; - prevăzut cu cel puțin 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil; - închidere automată a ușii; - ușa de sticlă; - alarmă de temperatură ridicată / scăzută; Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Declarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților	Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea reagenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea reagenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate 500 L ±100L, - 580 L volum net; - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C. - 0°C ... 15°C; - rafturi reglabile; - da; - prevăzut cu cel puțin 5 rafturi; - da, 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil; - da; - închidere automată a ușii; - da; - ușa de sticlă; - da; - alarmă de temperatură ridicată / scăzută; - da; Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Declarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților		ISO/CE
3310000-1	6	Centrifugă de laborator	LMC-56 + rotor Ri-24/10	Letonia	Biosan	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice de sânge. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 5000 (6000) rotații/min.; - blocarea capacului în timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonoră după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasă; - intervalul de temp. mediului permise (de la +10 până la +40) ; - alimentarea de la rețea (220 V) ; - rotor pentru 24 de adaptoare;	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice de sânge. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 5000 (6000) rotații/min.; -6000 rpm - blocarea capacului în timpul funcționării; -da - senzor de dezechilibru; -da - deblocarea automată; -da - alarma sonoră după oprirea rotorului; -da - funcționarea silențioasă; -da - intervalul de temp. mediului permise (de la +10 până la +40) ; -da - alimentarea de la rețea (220 V) ; -da - rotor pentru 24 de adaptoare; -da - volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml) – 10 ml.		ISO/CE
3310000-1	7	Centrifugă de laborator	LMC-56 + rotor Ri-24/10	Letonia	Biosan	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 6 000 rotații/min.; - rotor pentru 16 poziții de eprubete; - blocarea capacului în timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonoră după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasă; - alimentarea de la rețea (220 V) ; - volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml) Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic cu tichet de control pe	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 6 000 rotații/min.; - 6000 rpm; - rotor pentru 16 poziții de eprubete; - 24 poziti; - blocarea capacului în timpul funcționării; - da; - senzor de dezechilibru; - da; - deblocarea automată; - da; - alarma sonoră după oprirea rotorului; v - funcționarea silențioasă; - da; - alimentarea de la rețea (220 V) ; - da; - volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml) - 10 ml; Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic cu tichet de control pe		ISO/CE

33100 00-1	11	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe	LMC-56 + rotor Ri- 12/15	Letonia	Biosan	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare da	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă - 100 rpm min; Maximală, rpm ≥ 6000 - 6000 rpm max; Setări setarea vitezei - da; Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml; - 15 ml; Numărul de tuburi 8-12 tuburi; - 12 tuburi; Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min; - 1-90 min; Incrementarea ≤ 1 min; - 1 min; Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da - da; Indicatori Indicatori vizual și acustic da - da; Debalansare da - da; Pornire/oprire da - da; Capac deschis da - da; Display Digital da - da; Nivelul de zgomot ≤ 70 dB da - da; Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare da - da.	ISO/CE
		Semnat:			Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial			
		Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova						