

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1644250744940 din 08.04.2022
Obiectul achiziției: “Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (listă suplimentară 3)”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Sistem radiologic digital Lot 1	ProXima V	Serbia	Visaris	1. Generator având următoarele caracteristici: generator de înalta frecvență: min. 400 kHz putere maxima: min. 90 kW(+/- 10 kW) Domeniu tensiune minimă : min. 40 kV, reglabil în trepte a câte 1 kV Domeniu tensiune maximă (kV) : min 150 kV, reglabil în trepte a câte 1 kV Domeniu curent minim: min. 10mA Domeniu curent maxim: min. 1000mA Diapazon mAs: min. 1000mAs Selectare automată a vitezei de rotire a anodei în concordanță cu randamentul oferit, procedeu ce va mări timpul de viață a anodei. Declanșator de viteză înaltă a anodei inclus. Viteza maximală de pornire a anodei min. 9500 rot/ min Control automat de expoziție Posibilitate de lucru autonom fără sincronizare cu detectorul 2. Tub Rx având următoarele caracteristici: Număr focusuri: min. 2 Dimensiune focus mic : max. 0,6 mm Dimensiune focus mare : max. 1,2 mm Putere focus mic 40 kW ±10KW Putere focus mare 100 kW±20KW Capacitate de stocare termica anod: min. 600 kHU DAP metru , doza măsurată va fi înregistrată automat în raport și va avea posibilitate de transmitere prin intermediul DICOM 3. Colimator Tip colimator: motorizat Manivele pentru reglarea câmpului de expozitie	1. Generator CMP 200DR 80 kW având următoarele caracteristici: Da, generator de înalta frecvență: 400 kHz Da, putere maxima: 80 kW Da, Domeniu tensiune minimă : 40 kV, reglabil în trepte a câte 1 kV Da, Domeniu tensiune maximă (kV) : 150 kV, reglabil în trepte a câte 1 kV Da, Domeniu curent minim: 10mA Da, Domeniu curent maxim: 1000mA Da, Diapazon mAs: 1000mAs Da, Selectare automată a vitezei de rotire a anodei în concordanță cu randamentul oferit, procedeu ce va mări timpul de viață a anodei. Da, Declanșator de viteză înaltă a anodei inclus. Da, Viteza maximală de pornire a anodei 9700 rot/ min Da, Control automat de expoziție Da, Posibilitate de lucru autonom fără sincronizare cu detectorul 2. Tub Rx RAD-92 Sapphire având următoarele caracteristici: Da, Număr focusuri: 2 Da, Dimensiune focus mic : 0,6 mm Da, Dimensiune focus mare : 1,2 mm Da, Putere focus mic 40 kW Da, Putere focus mare 100 kW Da, Capacitate de stocare termica anod: 600 kHU Da, DAP metro Kermax IBA , doza măsurată va fi înregistrată automat în raport și va avea posibilitate de transmitere prin intermediul DICOM Da, 3. Colimator Optica 40 Da, Tip colimator: motorizat	CE, ISO

				Ecran tactil tip LCD diagonală min 5 inch Monitorizare ecran: - distanta focala - grade de inclinare tub - tip filtru - dimensiune cimp - regim de lucru Buton activare lumină Lumina tip:LED Intensitatea, timpul actiunii luminii ajustabila Centrare tip: laser Echivalentul de atenuare AL max. 1.5 mm 4. Detector digital plat având următoarele caracteristici: construcție dintr-o singura piesa din siliciu amorf suprafața activa a detectorului: min. 43 cm x 43 cm dimensiune pixel: max. 140 micrometri matrice detector : min. 3072 x 3072 pixel rezoluție achiziție : min. 16 bit Nu necesită sistem de răcire Transmitere date: WIFI Baterii incluse min 2 buc Încărcător inclus Autonomie min 7 ore Prezența minimă a 2 detectoare unul sub masa motorizată și unul în standul vertical 5. Masa radiografica având următoarele caracteristici: Mișcare motorizată masa cu blat flotant în 4 direcții dimensiune blat masa : min. 220 x 80 cm deplasare longitudinală blat masa : min. 100 cm deplasare laterală blat masa : min. 26 cm înălțime masa maximală : ≤90 cm, reglabilă înălțime masa minimală : ≤58 cm, reglabilă deplasare detector : ≥ 40 cm greutate maxima admisa pentru pacient : min. 250 kg frâne electromagnetice echivalent Aluminiu de absorbție Rx a Matului mesei: max. 0.5 mm Al Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate Posibilitate de urmărire automată a tubului Posibilitate de focusare automată în timpul mișcării a mesei și menținerea aceeași distanței focale	Da, Manivele pentru reglarea cîmpului de expozitie Da, Ecran tactil tip LCD diagonală 5 inch Da, Monitorizare ecran: - distanta focala - grade de inclinare tub - tip filtru - dimensiune cimp - regim de lucru Da, Buton activare lumină Da, Lumina tip:LED Da, Intensitatea, timpul actiunii luminii ajustabila Da, Centrare tip: laser Da, Echivalentul de atenuare AL max. 1.5 mm Da, 4. Detector digital plat Mars 1717 V având următoarele caracteristici: Da, construcție dintr-o singura piesa din siliciu amorf suprafața activa a detectorului: 43 cm x 43 cm Da, dimensiune pixel: 139 micrometri Da, matrice detector : 3072 x 3072 pixel Da, rezoluție achiziție : 16 bit DA, Detectorul nu necesită sistem de răcire Da, Transmitere date: WIFI Da, Baterii incluse 2 buc Da, Încărcător inclus Da, Autonomie 8 ore Da, Prezența a 2 detectoare unul sub masa motorizată și unul în standul vertical 5. Masa radiografica având următoarele caracteristici: Da, Mișcare motorizată masa cu blat flotant în 4 direcții DA, dimensiune blat masa : 240 x 80,6 cm Da, deplasare longitudinală blat masa : 101 cm Da, deplasare laterală blat masa : 26 cm DA, înălțime masa maximală : 90 cm, reglabilă DA, înălțime masa minimală : 49,5 cm, reglabilă Da, deplasare detector : 68 cm Da, greutate maxima admisa pentru pacient :300 kg Da, frâne electromagnetice echivalent Aluminiu de absorbție Rx a blatului mesei: max. 0.5 mm Al Da, Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate Da, Posibilitate de urmărire automată a tubului Da, Posibilitate de focusare automată în timpul mișcării a mesei și menținerea aceeași distanței focale Da, AEC – 5 camere Da, Alimentare integrată în bucky pentru detector 6. Coloana suport pentru tub Rx având următoarele caracteristici:	
--	--	--	--	---	---	--

				AEC – 3 camere Alimentare integrată în bucky pentru detector 6. Coloana suport pentru tub Rx având următoarele caracteristici: Tip motorizat DA Ecran LCD indică: - SID - Ungghi - Statut coloana tub -suport montat pe podea, contrabalansat cursa longitudinală : min. 1950 - 2100 mm cursa verticală : min. 1500 mm distanța min SID: max. 418 mm; distanța max SID : min. 2000 mm; rotație coloana dreapta, stânga : min. +90/-90 grade; posibilitate înclinare tub; rotație tub în jurul axei orizontale: min. +135/-135 grade; Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate; Funcție de urmărire Tub-detector automată care va funcționa și pentru proiecțiile oblice; 7. Stand vertical având următoarele caracteristici: cursa verticală : min. 1800 mm; contrabalansat; Funcție de urmărire Tub-detector automată care va funcționa și în cazurile de investigații pediatrice și în proiecții oblice; Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate; Trebuie să fie echipat cu sistem de prevenire anticoliziune; AEC - 3 camere Alimentare integrată în bucky pentru detector 8. Consola de achiziție Consola de operare integrată (aceeași consola de comanda pentru toate componentele echipamentului inclusiv detector). Același monitor este utilizat pentru setarea parametrilor expunerii și pentru afișarea imaginii. Posibilitate de stocare a parametrilor finali de expoziție a generatorului în format dicom. Dimensiune monitor de tip LCD: min. 23.5", Contrast : $\geq 1000:1$, Luminozitate: $\geq 250 \text{ cd/m}^2$;	Tip motorizat DA Da, Ecran LCD indică: - SID - Ungghi - Statut Da, coloana tub -suport montat pe podea, contrabalansat Da, cursa longitudinală : 2540 mm Da, cursa verticală : 1600 mm Da, distanța min SID: 400 mm; Da, distanța max SID : 2000 mm; Da, rotație coloana dreapta, stânga : +180/-180 grade; posibilitate înclinare tub; rotație tub în jurul axei orizontale: min. +135/-135 grade; Da, Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate; Da, Funcție de urmărire Tub-detector automată care va funcționa și pentru proiecțiile oblice; Da, 7. Stand vertical având următoarele caracteristici: cursa verticală : 1800 mm; contrabalansat; Da, Funcție de urmărire Tub-detector automată care va funcționa și în cazurile de investigații pediatrice și în proiecții oblice; Da, Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate; Da Este echipat cu sistem de prevenire anticoliziune; Da, AEC - 5 camere Da, Alimentare integrată în bucky pentru detector Da, 8. Consola de achiziție Avanse DR Consola de operare integrată (aceeași consola de comanda pentru toate componentele echipamentului inclusiv detector). Același monitor este utilizat pentru setarea parametrilor expunerii și pentru afișarea imaginii. Da, Posibilitate de stocare a parametrilor finali de expoziție a generatorului în format dicom. Da, Dimensiune monitor de tip LCD: 24", Da, Contrast : 1000:1, Da, Luminozitate: 250 cd/m²; Da, Rezoluție: 2 MP Da, RAM: 2x8 GB; Da, 3200MHz Da, CPU: 6 nuclee Da, Thred-uri 12 Da, Arhitectura 7 mm Da, Cache L3 32 MB Da, Frecvență 3,6 MHz	
--	--	--	--	--	---	--

				Rezoluție: min 2 MP RAM: min. 2x8 GB; Frecvența min. 3200MHz CPU: min. 6 nuclee Thred-uri min. 12 Arhitectura 7 mm Cache L3 min. 32 MB Frecvența min. 3,6 MHz VGA card min. 6 GB BUS memory min. 192 bit Gaming BUST min. 1530MHz SSD min.250GB Rata de transfer/citire min. 3500 MB/s Rata de transfer/scriere min. 2300 MB/s Bloc alimentare min. 650W CD-ROM inclus O.S. Windows 10 licențiat UPS 1 buc Tip conectare la rețea de informații: Gigabit; Posprocesare în Timp Real; Existența preseturilor tipice pentru toate zonele corpului; Capacitate de stocare imagini: min. 125 000 imagini; Interval de timp pentru afișare preview imagine : max. 7 sec; Afișare min. Următoarele funcții imagine : contrast si strălucire, inversie imagine, zoom si roam, rotație imagine, mișcare sus-jos, dreapta-stanga, adnotori la scara min 1:1. Pachet complet DICOM; Posibilitate de importare prin intermediul DICOM imagini de la alte sisteme pentru comparația ulterioară; Posibilitate Service software de la distanță; Prezența protocolului de transfer a datelor la distanță de tip RIS 9. Stație arhivare si procesare imagine - 1 buc RAM; min. 2x8 GB; Frecvența(XMP) min. 3600 MHz SSD: min. 250 GB; Rata de transfer/citire min. 3500 MB/s Rata de transfer/scriere min. 2300 MB/s HDD min. 2 TB Viteza de rotație min.7200 rpm Buffer min. 256 MB CPU: min. 8 nuclee; Thread-uri min. 16 Arhitectura 7mm	Da, VGA card 6 GB Da, BUS memory 192 bit Da, Gaming BUST 1530MHz Da, SSD 250GB Da, Rata de transfer/citire 3500 MB/s Da, Rata de transfer/scriere 2300 MB/s Da, Bloc alimentare 650W Da, CD-ROM inclus Da, O.S. Windows 10 licențiat Da, UPS 1 buc Da, Tip conectare la rețea de informații: Gigabit; DA, Posprocesare în Timp Real; DA, Existența preseturilor tipice pentru toate zonele corpului; Da, Capacitate de stocare imagini: 125 000 imagini; Da, Interval de timp pentru afișare preview imagine : max. 7 sec; Da, Afișare minim Următoarele funcții imagine : contrast si strălucire, inversie imagine, zoom si roam, rotație imagine, mișcare sus-jos, dreapta-stanga, adnotori la scara min 1:1. Da, Pachet complet DICOM; Da, Posibilitate de importare prin intermediul DICOM imagini de la alte sisteme pentru comparația ulterioară; Da, Posibilitate Service software de la distanță; Da, Prezența protocolului de transfer a datelor la distanță de tip RIS Da, 9. Stație arhivare si procesare imagine «Med DIAG (Medecom)» - 1 buc Da, RAM; 16 GB; Da, Frecvența(XMP) 3600 MHz Da, SSD: 250 GB; Da, Rata de transfer/citire 3500 MB/s Da, Rata de transfer/scriere 2300 MB/s Da, HDD 2 TB Da, Viteza de rotație 7200 rpm Da, Buffer 256 MB Da, CPU: 8 nuclee; Da, Thread-uri 16 Da, Arhitectura 7mm Da, Cache L3 32 MB Da, Frecvența 3,6 GHz Da, VGA Card 6 GB Da, BUS memory 192 bit Da, Gaming Bust 1530 MHz Da, Bloc de alimentare 750 W Da, CD-ROM inclus	
--	--	--	--	---	---	--

				Cache L3 min. 32 MB Frecvența min. 3,6 GHz VGA Card min. 6 GB BUS memory min. 192 bit Gaming Bust min. 1530 MHz Bloc de alimentare min. 750 W CD-ROM inclus UPS 1 buc O.S. Windows 10 licențiat Rețeaua de transmitere a datelor: ≥ 1 GB/s; Monitor de diagnostic medical de înaltă rezoluție: $\geq 1200 \times 1600$ - 1 buc. Contrast : $\geq 1400:1$, Luminozitate: ≥ 800 cd/m²; Timp de răspuns: min 20 ms. - Pachet de transfer a datelor DICOM; Limba de administrare: română sau rusă; Prelucrare imagine: Afișare imagine; Rotire imagine; Afișare multiplă a imaginilor pe ecran; Inversie imagine; Adnotare imagine; Măsurare distanță și unghi. Export imagine: CD/DVD/USB; Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat; Posibilitate de exportare a fișierului video cu măsurările efectuate ulterior; Printare DICOM; Scriere CD/DVD în format DICOM; Pinter alb/negru - inclus 10. Panou electric pentru alimentarea echipamentului 11. Să efectueze suportul informațional a reprezentanților Beneficiarului: În mod urgent: să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă servire a Complexului 12. Mijloace de radioprotecție individuale: Colier pentru tiroidă, maturi – 1 buc Colier pentru tiroidă, copii – 1 buc Șorț pentru copii 6-10 ani – 1 buc Șorț pentru maturi – 1 buc 13. Imprimantă digitală radiologică compatibilă cu dispozitivul radiologic. Minim 4 marimi de filme aplicabile. 1 set de pelicule radiologice	Da, UPS 1 buc Da, O.S. Windows 10 licențiat Da, Rețeaua de transmitere a datelor: 1 GB/s; Da, Monitor de diagnostic medical de înaltă rezoluție JUSHA C270G: 1200x1600 - 1 buc. Da, Contrast : 1400:1, Da, Luminozitate: 1000 cd/m²; Da, Timp de răspuns: 16 ms. Da, - Pachet de transfer a datelor DICOM; Da, Limba de administrare: română sau rusă; Da, Prelucrare imagine: Da, Afișare imagine; Da, Rotire imagine; Da, Afișare multiplă a imaginilor pe ecran; Da, Inversie imagine; Da, Adnotare imagine; Da, Măsurare distanță și unghi. Da, Export imagine: Da, CD/DVD/USB; Da, Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat; Da, Posibilitate de exportare a fișierului video cu măsurările efectuate ulterior; Da, Printare DICOM; Da, Scriere CD/DVD în format DICOM; Da, Pinter alb/negru - inclus Da, 10. Panou electric pentru alimentarea echipamentului Da, 11. Să efectueze suportul informațional a reprezentanților Beneficiarului: În mod urgent: să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă servire a Complexului Da, 12. Mijloace de radioprotecție individuale: RadiXray, Turcia Colier pentru tiroidă, maturi – 1 buc Colier pentru tiroidă, copii – 1 buc Șorț pentru copii 6-10 ani – 1 buc Șorț pentru maturi – 1 buc Da, 13. Imprimantă digitală radiologică compatibilă cu dispozitivul radiologic. «Colenta HighCap XP» 4 marimi de filme aplicabile. 1 set de pelicule radiologice 14"x17" inclus, 1 set de pelicule radiologice 8"x10" inclus. Da, 14. Termenul de garanție – 24 luni cu deservirea tehnică și mentenanța periodică și corectivă gratuită oferită de către operatorul economic în conformitate cu manualul tehnic a sistemului solicitat.	
--	--	--	--	--	--	--

				14"x17" inclus, 1 set pelicule radiologice 8"x10" inclus. 14. Termenul de garanție – 24 luni cu deservirea tehnică și mentenanța periodică și corectivă gratuită oferită de către operatorul economic în conformitate cu manualul tehnic a sistemului solicitat. 15. Termenul de prezentare a proiectului de amenajare și instalare a dispozitivului în cabinetul radiologic conform caracteristicilor tehnice a sistenului – 20 zile din data aprobării contractului de achiziție la CAPCS. 17. Instalarea, montarea și reglarea utilajului și instruire gratuită a personalului Instituției, care va deservi și exploata aparatajul (2-6 persoane) 18. La livrare utilajul trebuie să fie însoțit de pașaportul tehnic original cu ștampila producătorului și manual de utilizare în limba de stat sau rusă 19. Certificat de calitate CE și Certificat ISO 9001 și ISO 13485 a producătorului. 20. Certificat de instruire a specialistului companiei privind reparația și mentenanța dispozitivului radiologic. 21. Autorizație pentru dispozitivul oferit eliberata agentului economic de către ANRANR al RM.	Da, 15. Termenul de prezentare a proiectului de amenajare și instalare a dispozitivului în cabinetul radiologic conform caracteristicilor tehnice a sistenului – 20 zile din data aprobării contractului de achiziție la CAPCS. Da, 17. Instalarea, montarea și reglarea utilajului și instruire gratuită a personalului Instituției, care va deservi și exploata aparatajul (2-6 persoane) Da, 18. La livrare utilajul v-a fi însoțit de pașaportul tehnic original cu ștampila producătorului și manual de utilizare în limba de stat sau rusă Da, 19. Certificat de calitate CE și Certificat ISO 9001 și ISO 13485 a producătorului. Da, 20. Certificat de instruire a specialistului companiei privind reparația și mentenanța dispozitivului radiologic. Da, 21. Autorizație pentru dispozitivul oferit eliberata agentului economic de către ANRANR al RM.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator