

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Anexa 22

 la Documentatia standard nr 115  
din „15” septembrie 2021

**Specificatii tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

 Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1774278465386\_23.03.2026**

 Obiectul achiziției: **CONSUMABILE PENTRU LABORATOR**

C P V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produc tor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standa rde de referin ță
0	1	2	3	4	5	6	7
33140000-3	<b>LOT 101</b> Coloana cromatografică pentru LC (locația M.Manole)	Coloana cromatografică pentru LC (locația M.Manole) <b>186002352</b> ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk	<b>AUSTR IA</b>	<b>Waters Ges.m. b.H.</b>	Acquity UPLC BEC C18 1,7 µm; 2,1× 100 mm; Să fie compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	<b>Cod produs: 186002352</b> ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk Este compatibila cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	<b>CF BROS URA LOT 101</b>

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

C P V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produc tor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standa rde de referin ță
	<b>LOT 102</b> Ansamblu standard al acului pentru ACQUITY UPLC Sample Manager (locația M.Manole)	Ansamblu standard al acului pentru ACQUITY UPLC Sample Manager (locația M.Manole)	<b>AUSTR IA</b>	<b>Waters Ges.m. b.H.</b>	Assy, Needle, Sample, 0,10 I.D. 30 μl; Să fie compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	<b>Cod produs: 700002644</b> Assy, Needle, Sample, 0,10 I.D. 30 μl; este compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	<b>CF BROS URA LOT 102</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău  
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 14.04.2026