

		Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21641417 / ocds-b3wdp1-MD-1782807140607 din 30.06.2026					Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027					Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3		5	6		8
331000001	13-51211	Petice vasculare (004460)	Petice vasculare (004460)	HEK10/75 CP (1)	Franta	Getinge	Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm Lungime < 80 mm	Material -Collagen-coated polyester . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime 10 mm Lungime 75 mm	CE/ISO/DM000657262

			Specificații de preț									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]									
	Numărul licitației:			LP nr. 21641417 / ocds-b3wdp1-MD-1782807140607 din 30.06.2026						Data: „ ”	Alternativa nr.: _____	
	Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027						Lot: _____	Pagina: __ din __	
	Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimativă fără TVA
	1	2			3		5.00	6	7	8.00	9	
	3310 0000	13-5121	Petice vasculare (004460)	Petice vasculare (	bucată	110	1,550.00	1,550.00	170,500.00	170,500.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de	132000.00
Suma total:									170,500.0000	170,500.0000		

