

Anexa 22 Specificații tehnice

el va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1767694983626	Data: 15.02.2026	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat		Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standard e de referință
1	2			3	4,00	5	6		8
33100001	37	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)	450239V1	GBO	Austria	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat în holter, steril, în ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locației teșiturii acului. 5. Scutul sa se rotească în poziția preferată pe suportul în care se află și să rămână stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranță, cu clic audibil la închidere pentru siguranța utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numărul lotului și termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat în holter, steril, în ambalaj individual, securizat (brosura p 6), marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm.(brosura p 11). Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă (brosura p 6,7,8,9). 3. Baza acului din plastic transparent (brosura p 7,11) 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locației teșiturii acului(brosura p 4). 5. Scutul sa se rotească în poziția preferată pe suportul în care se află și să rămână stabil în timpul puncției venoase(brosura p 7,8). 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranță, cu clic audibil la închidere pentru siguranța utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat(brosura p 8,9). 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numărul lotului și termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate(IFU p. 2) 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485(anexate) 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată	MDR certificat e

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5