



M-INTER-FARMA S.A.

IDNO 1003600005263 Cod OKPO 37020536 Cod TVA 0207934
MD 2025, Chișinău, strada Grenoble 21, 23, Moldova

PLANUL PREVENTIV DE MENTENANȚĂ ȘI DESERVIRE, ÎNTREȚINERE SISTEM RADIOGRAFIC DIGITAL „MOVIPLAN IC BA VERSION SCM VAT CSE PT

| I: | LUCRĂRI DE MENTENANȚĂ TEHNICĂ (1 la 6 luni) | u.m. | Cantitate |
|-------------|---|-------------------|--------------|
| 1.1. | Verificarea părților mecanice, prevenirea defectelor mecanice a părților sistemului radiologic | serviciu | 1 |
| 1.2. | Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice (frânelor electromagnetice, mecanismelor de acționare, dispozitivelor de centrare) | serviciu | 1 |
| 1.3. | Verificarea și reglarea echipamentului de înaltă tensiune (cablu HV, dispozitiv de comandă, generator, tub roentgen) | serviciu | 1 |
| 1.4. | Verificarea dispozitivelor de siguranță și a conformității cu parametrii nominali ai producătorului | serviciu | 1 |
| 1.5. | Verificarea parametrilor funcționali conform pașaportului tehnic (expunere, câmp de lucru, doză, stabilitate tensiune, parametri electrici, contrast) | serviciu | 1 |
| 1.6. | Calibrarea detectorului digital, calibrarea axelor și filamentelor | serviciu | 1 |
| 1.7. | Mentenanță software și bază de date a sistemului | serviciu | 1 |
| 1.8. | Verificarea stării tehnice a serverului și stației de lucru (HDD, rețea, software, periferice) | serviciu | 1 |
| 1.9. | Lubrifierea mecanismelor, înlocuirea elementelor supuse frecării, ajustarea canalului roentgeno-optic | serviciu | 1 |
| 1.10. | Alte lucrări prevăzute de pașaportul tehnic și instrucțiunile producătorului | serviciu | 1 |
| II. | MATERIALE ȘI PIESE DE SCHIMB | | |
| 2.1. | Materiale și piese de mică valoare (rulmenți, acumulatori mici, lubrifianți etc.), conform necesității | set | 1 |
| Notă: | Valoarea pieselor de schimb garantate de producător, incluse pentru perioada de garanție | | |
| III. | SUPPORT INGINERESC ȘI ADMINISTRATIV al producătorului | | |
| 3.1. | Suport ingineresc, administrativ: -update/resetare software, -coordonare tehnică cu producătorul, -administrare acces sistem | | |
| IV | Starea Dispozitivului medical după manoperea executată | Starea | |
| 4.1. | Testarea funcționării după deservire | funcțional | nefuncțional |
| V | Comentarii / Recomandari | | |
| | După caz | | |

Name of Bidder:

"M-INTER-FARMA" SA

Signature of Bidder: _____

DIRECTOR MOROZOV MARIA

Date: 20 May 2026

Atenție! Acest document conține date cu caracter personal, în condițiile prevederilor Legii nr.133 din 08.07. 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea cărora se efectuează conform Legii menționate

Adresa: Grenoble 21,23, Chișinău MD-2025 | IDNO:1003600005263 | TVA 0207934

Tel: +373 22/ 904 005, 904 006, 904 008, 904 009, 904 023 | fax: +373 22/ 904 007 |



Email: info@minterfarma.md

Web: www.minterfarma.md