

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1614151611474
Denumirea procedurii de achiziție:	Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 10						
10.1	Mentenanța anuală Horiba Pentru C400	1209159766/ 1209159792/ 1209114568	Franta	Horiba	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Curățare, lubrifiere părți mecanice; Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră; Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Minim trei intervenții de depanare la solicitare; Achitarea se va efectua în rate/lunar în urma prezentării raportului tehnic de lucrări efectuate.	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Curățare, lubrifiere părți mecanice; Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră; Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Minim trei intervenții de depanare la solicitare; Achitarea se va efectua în rate/lunar în urma prezentării raportului tehnic de lucrări efectuate.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316