

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692348758524 / 21089033 din: 24.09.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 22)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
53	Baie de apă pentru histologie	M-TFB	India	Medimeas Instruments	<p>Baie de apă pentru histologie</p> <p>Descriere Este întrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Volumul maxim a vasului 1,5 - 2,5 litri</p> <p>Temperatura setare de la +30°C...la +80°C</p> <p>Precizie ±1,5 °C</p> <p>Acoperire antimicrobiană</p> <p>Afisare digitala a temperaturii</p> <p>Deconectare automată la supraîncălzire</p> <p>Alimentare 220V, 50Hz</p>	<p>Baie de apă pentru histologie</p> <p>Descriere Este întrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Volumul maxim a vasului 1,5 - 2,5 litri</p> <p>Temperatura setare de la +30°C...la +80°C</p> <p>Precizie ±1,5 °C</p> <p>Acoperire antimicrobiană</p> <p>Afisare digitala a temperaturii</p> <p>Deconectare automată la supraîncălzire</p> <p>Alimentare 220V, 50Hz</p>	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51