

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1695911104792](#)

Denumirea procedurii de achiziție Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 23						
Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis	BA-SA-100D	China	Infitek Co., Ltd.	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactive Parametrul Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea automată da	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactive Parametrul Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi DA Tip probă Ser DA Plasmă DA Urina DA Reagenți Lichid DA Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C DA Capacitatea 10 tuburi Regimuri de măsurare: Punct final DA Cinetic DA Multipoint cinetic DA Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă DA Data management Display DA Memorie internă DA Imprimantă integrată DA Calibrarea automată DA	CE

				Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului ≥ 1000 eprubete (cuve)	Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz DA Accesorii Bec 3 Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului 1pc	
Lot 24						
Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	HEMA-D6190	China	Infitek Co., Ltd.	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametrul Specificația Tip sistem deschis DA Metode de analiză 3 diff DA Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: DA WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT	CE

			Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automata Afişaj graphic Imprimantă da Sistem ID pacient da Introducerea datelor manual Interfaţa PC da Afişarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea- automată Histograme:WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme Rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare da Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă > 1000 pacienţi Accesorii Vas pentru deşeuuri tuburi pentru reagenţi tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenţi Reagenţi "Să fie inclus toţi reagenţii necesari pentru efectuarea analizelor şi buna funcţionare a ≥ 1000 analize" Accesorii, consumabile	Capacitate (probe/oră) 60 DA Diluarea automata DA Afişaj graphic DA Imprimantă DA Sistem ID pacient DA Introducerea datelor manual DA Interfaţa PC DA Afişarea histogramelor DA Stocarea datelor DA Calibrarea- automată DA Histograme:WBC- repartizarea leucocitelor după volum DA RBC- repartizarea eritrocitelor după volum DA PLT- repartizarea trombocitelor după volum DA Afişarea pe ecran a tuturor datelor histograme DA Rezultate grafice DA rezultate din arhivă DA date de service DA Afişarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinaţi şi calculaţi- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare DA Control al calităţii în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings DA Limba de comunicare RUS DA Memorie internă peste 200000 de rezultate DA Accesorii Vas pentru deşeuuri DA tuburi pentru reagenţi DA tuburi pentru spălare DA Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenţi Reagenţi "Să fie inclus toţi reagenţii necesari pentru efectuarea analizelor şi buna funcţionare a ≥ 1000 analize" DA Accesorii, consumabile	
--	--	--	---	---	--

				Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru $\geq$ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării $\geq$ 6 luni	Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru $\geq$ 1000 probe DA Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării 6 luni DA	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău