

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	Data: 15.09.2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022	Lot: 126, 127, 132

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
			1	2	3	4	5	6	7
3310000-1	126	Termometru mecanic Cod 260600	Termometru mecanic Cod 260600	Termometru fara mercur Model: CR.W00 DM000213618	China	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material: fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic Cod 260600 Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material: fără de mercur; Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade; Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C Descriere: conține amestec de galie și indiu în loc de mercur, netoxic, fără baterii. Intervalul de măsurare: 35-42 grade Celsius . Dimensiunea termometrului: lungime 120 + 8mm, lățimea 12 ± 0,4 mm. Model: CR.W00 (pagina din catalog 16)	Declarația CE, CE certificat, ISO, DM înregistrat în RM
3310000-1	127	Termometru digital Cod 260610	Termometru digital Cod 260610	Flexible digital thermometer MC-202	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da Baterie inclusă da	Termometru digital Cod 260610 Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 32-42,9 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da Baterie inclusă da Codul produsului MC-201 (202) (pagina din catalog 12,14)	Declarația CE, CE certificat, ISO, Declarație privind înregistrarea DM

3310000-1	132	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	TENSIOMETRU MECANIC Medline Cu stetoscop, MC-50A DM000213605	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korode ov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da Codul produsului MC-50A (pagina din catalog 02, 04)	Declaratia CE, CE certificat, ISO, DM înregistrat în RM
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**