



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 5, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 4

Numarul procedurii de achizitie: 21647979 din 09.07.2026
Obiectul de achizitie: Consumabile medicale pentru serviciul Sterilizare conform necesităților IMSP SCTO anul 2026.

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lotul nr. 1 - Test Bowie – Dik					
Test Bowie – Dik	Single use bowie & dick test pack for steam sterilisation EC.STEAM 98 S	E.C.S ITALIA	121 0C - ,134 0C (externe) pentru autoclav Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	121 ⁰ C - ,134 ⁰ C (externe) pentru autoclav Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	CE/ISO
Lotul nr. 2 - Test Biologic					
Test Biologic	Self-contained biological indicator - plasma BIO-CHECK 98.B6	E.C.S ITALIA	55 0C (exteme) pentru plasma, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130 Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	55 0C (exteme) pentru plasma, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130 Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	CE/ISO
Lotul nr. 3 - Test indicator chimic					
Test indicator chimic	Integrator for plasma sterilisation control EC.PLASMA	E.C.S ITALIA	Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130 Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set, compatibil cu sterilizatorul, model RENO S-130 Livrarea - în termen de 5 zile de la solicitare	CE/ISO

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lotul nr. 4 - Sigilator medical automat pentru pungi sterile					
Sigilator medical automat pentru pungi sterile	Rebitech RT 230	Gandus Saldatrici, Italia	Putere - $\geq 150W$ Display - LCD Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului dupa detectarea pozitionarii – lateral Timp de încălzire - ≤ 10 sec Temperatura de sigilare - minim 120 - 200°C Viteza de etanșare - nu mai puțin de 10 metri/min. Lățimea maximă de etanșare - min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine - min. 0 - 35 mm, reglabilă Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului Protecție la supraîncălzire: Tensiune: 220V, 50Hz Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani Fabricat 2025-2026 Instalare și punere în funcțiune Instruire personal medical Mentenanța perioada post garanție minim 3 ani (cu schimbarea pieselor) Livrarea - în termen de 15 zile de la solicitare	Putere - $\geq 150W$, Da, pag.3 RT- 230 Display – LCD, Da, pag.3 RT- 230 Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului dupa detectarea pozitionarii – lateral Da, pag. 1/3 RT- 230, poza Timp de încălzire - ≤ 10 sec Temperatura de sigilare - minim 120 - 200°C Da, pag.3 RT- 230 Viteza de etanșare - nu mai puțin de 10 metri/min. Da, pag.3 RT230 Lățimea maximă de etanșare - min. 10 mm pag.3 RT- 230 Distanța de etanșare față de margine - min. 0 - 35 mm, reglabilă Da, pag.3 RT- 230 Oprire automată a motorului în cazul neutilizării dispozitivului - Da, pag.3 RT- 230 Protecție la supraîncălzire:- Da, pag.3 RT- 230 Tensiune: 220V, 50Hz DA Cerințe speciale: Service în garanție: minim 3 ani DA Fabricat 2025-2026 DA Instalare și punere în funcțiune - DA Instruire personal medical - DA Mentenanța perioada post garanție minim 3 ani (cu schimbarea pieselor) DA Livrarea - în termen de 15 zile de la solicitare DA	CE/ISO

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21647979 din 09.07.2026
Obiectul de achizitie: Consumabile medicale pentru serviciul Sterilizare conform necesităților IMSP SCTO anul 2026.

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39800000-0	1	Test Bowie – Dik	buc	100	40,00	48,00	4 000,00	4 800,00	La solicitare, DDP-FRANCO destinație vamuita	Conform SIA RSAP
	2	Test Biologic	buc	200	50,00	60,00	10 000,00	12 000,00		
	3	Test indicator chimic	set	30	880,00	1 056,00	26 400,00	31 680,00		
	4	Sigilator medical automat pentru pungi sterile	buc	1	36 950,00	44 340,00	36 950,00	44 340,00		
TOTAL							77 350,00	92 820,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1