

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21036696/ ocde-b3wdp1-MD-1614337891098				Data: 24.03.2021			Alternativa nr.N/A	
Denumirea licitației: Consumabile și seturi jetabile pentru a. 2021				<u>Lot/poz: 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26.</u>			Pagina _1_ din _10_	
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						
1	33141000-0	Lotul-1. Scutic din articole netesute jetabil steril	SP-108503	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Scutec din material nețesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	Scutec din material nețesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	CE/ISO
2	33141000-0	Lotul-2. Ciarsaf jetabil steril	SP-101 304	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	
3	33141000-0	Lotul-3. Halat p/u vizită getabile L	SP-201155	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Mărirmea L	Mărirmea L	
4	33141000-0	Lotul-4. Halat p/u vizită getabile XL	SP-201155	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Mărirmea XL	Mărirmea XL	
5	33141000-0	Lotul 7. Scutec de unica folosință Jetabil protecție pat (60x90)(+/-10cm)	Dr Comfort	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San ve Tic AS	Jetabil protecție pat (60x90)(+/-10cm)	Jetabil protecție pat (60x90)(+/-10cm)	
6	33141000-0	Lotul 8. Scutec de unica folosință,De tip pampers, L,M, pt maturi	Dr Comfort	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San ve Tic AS	De tip pampers, L,M, pt maturi	De tip pampers, L,M, pt maturi	
7	33141000-0	Lotul 9. Scutec de unica folosință material netesutJetabil,	Dr Comfort	Turcia	Sevincler Saglik	Jetabil, material nețesut, steril (60x90) (+/-10cm)	Jetabil, material nețesut, steril (60x90) (+/-10cm)	

		material neșesut, steril (60x90) (+/-10cm),			Urunleri San ve Tic AS			
8	33141000-0	Lotul-10. Set steril Mayo standart Cover	SD-00201-07	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	(80x145cm) (+/-10cm)	(80x145cm) (+/-10cm)	CE/ISO
9	33141000-0	Lotul-13. Set din articole neșesute sterile (pentru adenom)	SD-08003-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE/ISO
10	33141000-0	Lotul-14. Set din articole neșesute sterile (pentru urologie)	SP-08003-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	- Set din articole neșesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc,	- Set din articole neșesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc,	

						<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	
11	33141000-0	Lotul-15. Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	SP-02006-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	
12	33141000-0	Lotul-17. Set din articole neșesute sterile pentru intervenții proctologie	SP-02002-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>Set din articole netesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, 	<p>Set din articole netesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, 	CE/ISO

						<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
13	33141000-0	Lotul-18. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior)	SP-07007-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, a) punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
14	33141000-0	Lotul-19. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur)	SP-09028-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă:</p>	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, b) punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. <p>La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)</p>
15	33141000-0	Lotul-20. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba)	SP-07002-30	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulițe” H min. 50cm – min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulițe” H min. 50cm – min 1 buc, c)punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc.

							La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
16	33141000-0	Lotul-21. Set din articole neșesute sterile pentru craniotomie	SP-05001-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H₂O/cm² - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reforșată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. 	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H₂O/cm² - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reforșată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc.

						- Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	d) Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
17	33141000-0	Lotul-22. Set din articole neșesute sterile (pentru ORL)	SP-04003-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
18	33141000-0	Lotul-23. Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala)	SP-08001-02	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc,	Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc,

						<ul style="list-style-type: none"> - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
19	33141000-0	Lotul-24. Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	SP-02006-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
20	33141000-0	Lotul-25. Set din articole neșesute sterile pentru masă mare de instrumente	SD-01701-03	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 	<p>Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm.

						cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)
21	33141000-0	Lotul-26. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	SD-01701-05	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ş.	<p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 140 cm de H₂O/cm² - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; 	<p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 140 cm de H₂O/cm² - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H₂O/cm²

					<ul style="list-style-type: none"> - Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm) 	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com