

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 din 06.05.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 49						
Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	DOLPHIN/4D PVC0201: (PVC0160+PVC0190-R+PVC0203) + PVC0203-S + PVC0203-H – PVC0072 + PVC0203-B + PVC0313-G + PVC0313-Y + PVC0202+ X1 Trolley	Israel	VIASONIX	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500 Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor craniocerebrale Parametrul Specificația Tip Portabil da Suport pe roțile cu frână da Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde da Porturi active ≥ 4 porturi Monitor Integrat da Boxe Integrate da Ecran Touch screen ≥ 15 inch Rezoluția ecran ≥ 1024 x 768 Sonde Sonda 2 MHZ, mod: CW, PW da	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500 Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor craniocerebrale - (<i>Dolphin User Manual</i> , p. 5) Parametrul Specificația Tip Portabil - DA Suport pe roțile cu frână – DA (<i>Broșura Troleu X1</i>) Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde - DA Porturi active - 5 porturi (<i>Broșura DOLPHIN</i> , pag. 4 + <i>Dolphin User Manual</i> , p. 11) Monitor Integrat – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i> , pag. 4 – “Computer integrated” + <i>Dolphin User Manual</i> , p. 11)	

				Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod CW, PW da Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW da Compatibil cu sonde robotizate da Moduri de lucru CW da PW da M-mode da Afișare simultană Spectru Minim. 8 adâncimi M-mode + CW/PW+Audio da Revizualizare+M-Mode/CW/PW da Diagnostic Indici calculați Vs, Vd, Vm, PI, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor Modul de monitorizare Monitorizare Unilateral da Monitorizare Bilateral da Monitorizare continua: trenduri da Detectare 1 emboli da Analiză detaliată embolie Indicarea evenimentelor detaliate Indicarea evenimentelor detaliate da Teste susținute Teste de reactivitate vasomotorie da Stenoze da Reținere respirației da Hiperventilarea da Posibilități software Post-Procesare Raw-Data Da Protoale Presetate, configurabile Interfața de lucru Configurabilă Date pacient Limba Română/ Rusă / Engleză Rapoarte configurabile Da Conectivitate DICOM 3.0 Da Ieșiri video HDMI, VGA, alte Ieșire audio Da Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data Da Alimentare 220 V/50 Hz Da Baterie, autonomie ≥ 2 ore Coș pentru accesorii Da	Boxe Integrate – DA (<i>DOLPHIN User Manual</i> , pag. 15) Ecran Touch screen - 18 inch (Broșura DOLPHIN, pag. 4 – “Screen: 18” Wide Screen LED with capacitive Multi Touch screen”) Rezoluția ecran - 1366 x 768 Sonde Sonda 2 MHZ, mod: PW – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 3, 4 + <i>Dolphin User Manual</i>, p. 49, 50, 53, 54) Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod, PW – DA (<i>DOLPHIN User Manual</i>, pag. 50) Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW – DA (<i>Buklet DOLPHIN</i>, pag. 4, 5 + <i>Dolphin User Manual</i>, p. 49, 50, 56, 57, 58) Compatibil cu sonde robotizate – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>) Moduri de lucru CW – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>) PW – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>) M-mode – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 3, 4) Afișare simultană Spectru - 8 adâncimi (<i>Broșura DOLPHIN</i>, p. 4) M-mode + CW/PW+Audio – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 4) Revizualizare+M-Mode/CW/PW – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 4) Diagnostic Indici calculați Vs, Vd, Vm, PI, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor – DA (<i>Dolphin User Manual</i>, p. 15, 16, 18, 19) Modul de monitorizare Monitorizare Unilateral – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 4) Monitorizare Bilateral – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 4) Monitorizare continua: trenduri – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 4) Detectare 1 emboli – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 2) Analiză detaliată embolie Indicarea evenimentelor detaliate – DA (<i>Broșura DOLPHIN</i>, pag. 4)	
--	--	--	--	--	--	--

					Indicarea evenimentelor detaliate – DA (<i>Broșura DOLPHIN, pag 4</i>) Teste susținute Teste de reactivitate vasomotorie da (<i>Broșura DOLPHIN, pag, 2, 4</i>) Stenoze - DA (<i>Broșura DOLPHIN, pag 2, 4</i>) Reținere respirației – DA (<i>Broșura DOLPHIN, pag 2, 4 + DOLPHIN User Manual, pag. 20</i>) Hiperventilarea DA (<i>Broșura DOLPHIN, pag 2, 4</i>) Posibilități software Post-Procesare Raw-Data – DA (<i>Broșura DOLPHIN, pag. 3, 4</i>) Protocoale Presetate, configurabile (<i>Broșura DOLPHIN, pag 3, 4 + DOLPHIN User Manual</i>) Interfața de lucru Configurabilă (<i>Broșura DOLPHIN, pag 2, 3 + DOLPHIN User Manual</i>) Date pacient Limba Română/ Rusă / Engleză (<i>Broșura DOLPHIN, pag. 4</i>) Rapoarte configurabile - DA (<i>Broșura DOLPHIN, pag. 3, 4 + DOLPHIN User Manual</i>) Conectivitate DICOM 3.0 Da (<i>Broșura DOLPHIN, pag. 3, 4</i>) Ieșiri video HDMI, VGA, alte (<i>Dolphin User Manual, p. 11 + Broșura DOLPHIN, pag. 4</i>) Ieșire audio Da Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data - DA (<i>Buklet DOLPHIN, pag. 5 + Broșura DOLPHIN, pag. 4</i>) Alimentare 220 V/50 Hz – DA (<i>Buklet DOLPHIN, pag. 5 + Broșura DOLPHIN, pag. 4</i>) Baterie, autonomie - 6 ore (<i>Buklet DOLPHIN, pag. 5 + Broșura DOLPHIN, pag. 4</i>) Coș pentru accesorii – DA (<i>Broșura Troleu XI</i>)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROSU MARINA În calitate de: DIRECTOR
Ofertantul: MEDITECH SRL Adresa: MUN. CHISINAU, STR. Trandafirilor 13/1

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1651847965407
din “06” mai 2022

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651847965407 din 06.05.2022
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 49									
	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	BUC	1	444 938,20	533 925,84	444 938,20	533 925,84	DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)		
	TOTAL					444 938,20	533 925,84			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROSU MARINA În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: MEDITECH SRL Adresa: MUN. CHISINAU, STR. Trandafirilor 13/1