



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 04-1634 din "14" 06 2022

**Of participanți la procedura de achiziție
Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1649083580289 privind *Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat)* din 11.05.2022, Vă comunică decizia din 16.06.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Cod	Denumire Lot	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
4	4-80289	Ac pentru puncte spinală (Whitacre) 22G	9,70	10,476	41 399,60	44 711,57	HT-43/China/Haitech	SOGNO
5	5-80289	Ac pentru puncte spinala (Whitacre) 24G	9,70	10,476	11 310,20	12 215,02	HT-43/China/Haitech	SOGNO
6	6-80289	Ac pentru puncte spinala (Whitacre) 25G	9,70	10,476	67 153,10	72 525,35	HT-43/China/Haitech	SOGNO

7	7- 80289	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 26G	9,70	10,476	28 188,20	30 443,26	HT-43/China/Haitech	SOGNO
8	8- 80289	Ac pentru punctie spinala (Whitacre) 27G	9,70	10,476	23 900,80	25 812,86	HT-43/China/Haitech	SOGNO
18	18- 80289	Emplastru bactericid (2,5x7,2)	0,1334	0,1441	44923,7840	48527,1160	Wound Plaster 72*25mm/ China/FL Medical Co., Ltd	MED-M
19	19- 80289	Halate de unica folosinta cu legaturi	8,3300	10,0000	2 300 770,99	2 762 030,00	FY1611/ Foyomed Medical Instruments China/Ningbo	Medglobalfarm
28	28- 80289	Saci/pungi autoclavabile, 50-80L	6,9600	8,3520	56 222,88	67 467,46	039.30.004/ Germania/Isolab	Ecochimie
30	30- 80289	Seringa Jane 60 ml (steril)	4,0000	4,3200	107600,0000	116208,0000	Disposable 60ml GT037-100/ Ningbo Medical Instruments Co, Ltd China/ Greetmed	IM Natusana SRL
34	34- 80289	Sisteme stomice	11,4990	13,7990	153 902,62	184 685,82	One-pc open Pouch (XL by clamp closure) 1087000F/ China/ BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd	ICS "Farmina" SRL

38	38-80289	Specula ginecologica tip Cusco M	4,7500	5,7000	542 089,00	650 506,80	Disposable Speculum screw 100/China/Ningbo Greetmed Medical Co, Ltd	Vaginal side GT159- Instruments	IM Natusana SRL
----	----------	----------------------------------	--------	--------	------------	------------	---	---------------------------------	-----------------

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Ac pentru puncție lombara 18 G

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: A fost prezentat certificatul CE pentru un alt producător de cît cel indicat în ofertă. Totodată a fost prezentată o declarație conform căreia operatorul economic indicat în CE este producătorul (manufactured by Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.) al produselor oferite, la comanda operatorului economic indicat în ofertă (Zibo Eastmed). Totodată pe mostrele prezentate este indicat producătorul din ofertă, astfel operatorul economic urma să prezinte CE pentru produsul (DM-SN Spinal Needle conform catalogului) și producătorul indicat în ofertă.

Lotul 2 Ac pentru puncție lombara 19G

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: A fost prezentat certificatul CE pentru un alt producător de cît cel indicat în ofertă. Totodată a fost prezentată o declarație conform căreia operatorul economic indicat în CE este producătorul (manufactured by Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.) al produselor oferite la comanda operatorului economic indicat în ofertă (Zibo Eastmed). Totodată pe mostrele prezentate este indicat producătorul din ofertă, astfel operatorul economic urma să prezinte CE pentru produsul (DM-SN Spinal Needle conform catalogului) și producătorul indicat în ofertă.

Lotul 3 Ac pentru puncție lombara 20G

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: A fost prezentat certificatul CE pentru un alt producător de cît cel indicat în ofertă. Totodată a fost prezentată o declarație conform căreia operatorul economic indicat în CE este producătorul (manufactured by Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.) al produselor oferite la comanda operatorului economic indicat în ofertă (Zibo Eastmed). Totodată pe mostrele prezentate este indicat producătorul din ofertă, astfel operatorul economic urma să prezinte CE pentru produsul (DM-SN Spinal Needle conform catalogului) și producătorul indicat în ofertă.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Pe mostră lipsește informația imprimată direct pe ambalaj despre producător și țara de origine, codul produsului, este lipit adițional producătorul și țara de origine.

Lotul 9 Bandaj elastic - 7 m x 12 cm

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Pe mostră lipsește informația imprimată direct pe ambalaj despre producător și țara de origine, codul produsului, este lipit adițional producătorul și țara de origine. Înregistrare la AMDM, dar pentru o altă dimensiune.

Lotul 10 Cateter de aspiratie CH 14

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime: 50 cm s-a oferit 52 cm.

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: a fost indicat codul general (LB6200) pentru catetere, în catalogul producătorului atașat la ofertă se regasesc diferite tipuri de catetere cu coduri diferite, și nu poate fi identificat tipul de cateter oferit.

Lotul 11 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: a fost indicat codul general (LB6200) pentru catetere, în catalogul producătorului atașat la ofertă se regasesc diferite tipuri de catetere cu coduri diferite, și nu poate fi identificat tipul de cateter oferit.

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime: 50 cm s-a oferit 52 cm.

Lotul 12 Cateter de aspiratie CH 16

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SR** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat transparent cu linie XRO, marcare în cm, interval de 1 cm s-a prezentat fără linie și fără marcare, pe ambalaj nu se regăsește imprimată informația despre codul produsului, producătorul și țara de origine.

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime: 50 cm s-a oferit 52 cm.

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: a fost indicat codul general (LB6200) pentru catetere, în catalogul producătorului atașat la ofertă se regasesc diferite tipuri de catetere cu coduri diferite, și nu poate fi identificat tipul de cateter oferit.

Lotul 13 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime: 50 cm s-a oferit 52 cm.

Lotul 14 Cateter de aspiratie CH 18

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: pe ambalaj nu se regăsește codul produsului, certificarea CE. În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În urma examinării mostrei depuse s-a constatat că pe mostră lipsește imprimată informația despre producător, țara de origine. Respectiv, produsul nu poate fi identificat conform ofertei depuse.

Totodată, produsul nu corespunde pct. 48, secțiunea a 7-a din HG Nr.702 din 11-07-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime: 50 cm s-a oferit 52 cm.

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: a fost indicat codul general (LB6200) pentru catetere, în catalogul producătorului atașat la ofertă se regasesc diferite tipuri de catetere cu coduri diferite, și nu poate fi identificat tipul de cateter oferat.

Lotul 15 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: a fost indicat codul general (LB6200) pentru catetere, în catalogul producătorului atașat la ofertă se regasesc diferite tipuri de catetere cu coduri diferite, și nu poate fi identificat tipul de cateter oferat.

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime: 50 cm s-a oferit 52 cm.

Lotul 16 Emplastru ~ 2.5x500cm

- Ofertele operatorilor economici **DITA ESTFARM S.R.L, MED-M** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 17 Emplastru ~ 5x500cm

- Ofertele operatorilor economici **Medglobalfarm, DITA ESTFARM S.R.L, MED-M** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 20 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Modelul produsului (REF) nu a fost prezentat în formularul specificației tehnice ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei din punct de vedere tehnic. La solicitare a fost prezentată mostra cu modelul G, conform (icmn-seringsigned) formularului atașat la ofertă, mostra prezentată nu corespunde: solicitat 3 componente, luer-lock, 50 ml, oferiți Hypodermic Syringe 50 ml (3 parts) Luer Slip (totodată producătorul dispunde de seringă Hypodermic Syringe 50 ml (3 parts) Luer Lock cu modelul GS.

- Ofertele operatorilor economici **Medglobalfarm, SOGNO** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 21 Microperfuzoare sterile (Fluturas) cu ac G 20

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 22 Microperfuzoare sterile (Fluturas) cu ac G 21

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: s-a solicitat lungimea tubulaturii — 315 mm s-a oferit (după codul regăsit pe site-ul producătorului) 15-30 cm. <https://www.china-gretned.com/Uploads/pdf/2019-11-29/5de0864835a364.17009741.pdf>
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
Lotul 23 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
Lotul 24 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
Lotul 25 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: codul MF59 este un cod general și în catalogul producătorului se regăsesc trei dimensiuni 21,22,23 G iar dimensiunea solicitată 24 G lipsește.
Lotul 26 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25
- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde: s-a solicitat lungimea tubulaturii — 315 mm s-a oferit (după codul regăsit pe site-ul producătorului) 15-30 cm. <https://www.china-gretned.com/Uploads/pdf/2019-11-29/5de0864835a364.17009741.pdf>
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
Lotul 27 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
Lotul 28 Saci/pungi autoclavabile, 50-80L
- Oferta operatorului economic **BELNIS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Nu a fost depusă garanția de ofertă.
Lotul 31 Set ginecologic
- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Pe mostra prezentată, pe ambalaj nu se regăsește codul produsului, producătorul, țara de origine.
- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Pe mostra prezentată, pe ambalaj (ambalat de operatorul economic ofertant) nu poate fi

regăsit codul produsului oferit (GT159-200). S-a solicitat ambalat individual (set) s-a oferit ambalat de către operatorul economic care a depus oferta. Totodată, mostra prezentată conține manșile de la alt producător de cit cel oferit (Ideal Medical Industries).

Lotul 32 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat filtru hidrofilic, s-a oferit hidrofobic.

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 1 seringă - 10 ml, s-a oferit seringă de 20 ml.

Lotul 33 Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional

- Oferta operatorului economic Medglofarm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: Codul FY023402 oferit, în catalogul producătorului este pentru un alt tip de produs (EVA TPN total parenteral nutrition Bag), și nu poate fi evaluat conform cerințelor tehnice solicitate.

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Sistem pentru nutriție enterala, gravitațional s-a oferit sistem pentru nutriție cu pompa (din catalogul producătorului).

Lotul 35 Sonda (cateter) urinara Foley CH 26

- Oferta operatorului economic Medglofarm se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 38 Specula ginecologica tip Cusco M

- Oferta operatorului economic Medglofarm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: A fost prezentată mostra fără ambalaj, s-a solicitat ambalate individual, ambalaj care să conțină imprimat toată informația, cod, producător și țara de origine.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 1 Ac pentru puncție lombara 18 G

Lotul 2 Ac pentru puncție lombara 19G

Lotul 3 Ac pentru puncție lombara 20G

Lotul 9 Bandaaj elastic - 7 m x 12 cm

Lotul 10 Cateter de aspiratie CH 14

Lotul 11 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

Lotul 12 Cateter de aspiratie CH 16

Lotul 13 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă

Lotul 14 Cateter de aspiratie CH 18

Lotul 15 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă

Lotul 20 Injector seringă pentru perfuzie 50 ml

- Lotul 22 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21
- Lotul 25 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24
- Lotul 26 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25
- Lotul 31 Set gynecologic
- Lotul 32 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18
- Lotul 33 Sistem pentru nutritie enterala, gravitacional

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Lotul 16 Emplastru ~ 2.5x500cm
- Lotul 17 Emplastru ~ 5x500cm
- Lotul 21 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20
- Lotul 23 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22
- Lotul 24 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23
- Lotul 27 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27
- Lotul 35 Sonda (cateter) urinara Foley CH 26

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

- Lotul 29 Seringa Jane 120-150 ml
- Lotul 36 Sonda (cateter) urinara Foley CH 28
- Lotul 37 Sonda (cateter) urinara Foley CH 30
- Lotul 39 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)
- Lotul 40 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție publică.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **29.06.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG