

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21009024							din 20.06.2019	
Denumirea licitației: Achiziționarea Articole Parafarmaceutice. Instrumentar medical, (repetate) Conform necesitatilor IMSP AMT Buiucani							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 16						
33600000-6		Electro-Caps	E1-L/M	SUA	Electro-Cap International Inc.	Electro caps pentru adulti Capacele electrice au o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Ele sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrați, în formă de staniu pură, atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrodului. Dimensiunile min 54 max 62 cm	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mare / mediu (56-60 cm) (albastru și roșu)	CE
		Total lot 16						
33600000-6		Lotul 17						
		Electro-Caps	E1-S/XSM	SUA	Electro-Cap International Inc.	Electro caps pentru copii Capacele electrice au o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Ele sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrați, în formă de staniu pură, atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrodului. Dimensiunile min 46 max 54 cm	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mic / extra mic (48-52 cm) (galben și verde)	CE
		Total lot 17						
33600000-6		Lotul 18						
		EAR ELECTRODES (Electrozi pentru urechi)	F8971/SS	Italia	FIAB SpA	La comanda in decurs de 20 zile pe parursului 2019	Electrozi pentru urechi - Ag / AgCl, L = 100 cm, priză DIN de 1,5 mm. Produs reutilizabil. Termenul de funcționare este de 5 ani.	CE
		Total lot 18						
33600000-6		Lotul 19						
		Bridge electrodes (Electrozi de punte)	F8974	Italia	FIAB SpA	Electrozi pentru EEG de punte constructie Ag/AgCl pentru casca EEG permite schimbarea tefonului de contact cu scalpul si a inelului de cauciuc	Electrozi de punte - Ag / AgCl, pentru adulți, soclu de 2 mm. Produs reutilizabil. Termenul de funcționare este de 5 ani.	CE
		Total lot 19						

33600000-6		Lotul 20						
		Connecting cable (pentru electrozi punți)	F8901/2	Italia	FIAB SpA	Cablu conectare electrozi de punte L-100cm	Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm. Produs reutilizabil. Termenul de funcționare este de 5 ani.	CE
		Total lot 20						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23