

## Specificații tehnice

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779346385065</a> din 21/05/2026 |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale                             |

| Denumirea bunurilor/ serviciilor                               | Denumirea modelului bunului/ serviciului                                  | Țara de origine | Producătorul           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde referențiale |
|--|---|-----------------|------------------------|--|--|------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                      | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Lot 16/ Servicii de deservire a dispozitivelor medicale</b> | Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B - 5 buc. | Germania        | Fresenius Medical Care | <p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului Da</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica lucrările efectuate, parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Da</p> <p>Lucrările de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da</p> <p>În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar Da</p> <p>Lucrari minime necesar de a fi efectuate:</p> <p>Inspeții vizuale;</p> <p>Înlocuirea setului de mentenanță;</p> <p>Verificări generale: alarmă de întrerupere a curentului, verificați senzorul de nivel, verificări valvelor 91, 99, 100;</p> <p>Verificarea a 4 presiuni a sistemului hydraulic;</p> <p>Verificarea volumelor de ultrafiltrare și pompe cu membrană;</p> <p>Verificarea parametrilor în mod de dializa: temperatura, conductivitate, TMP</p> | <p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului <b>Da</b></p> <p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui <b>Da</b></p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării <b>Da</b></p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii <b>Da</b></p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului <b>Da</b></p> <p>Lucrările de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. <b>Da</b></p> <p>În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar <b>Da</b></p> <p><b>Vizita №1 Mentenanța corectivă</b></p> <p>Se efectuează în a doilea semestru 2026</p> <p>Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare.</p> <p>Lucrări planificate:</p> <p>Inspeții vizuale;</p> <p>Înlocuirea setului de mentenanță;</p> <p>Verificări generale: alarmă de întrerupere a curentului, verificați senzorul de nivel, verificări valvelor 91, 99, 100;</p> |                        |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>presiune, debitul soluției de dializa;<br/> Verificarea componentelor extracorporale: presiuni arteriale, venoase, detector de aer;<br/> Test electric;<br/> Test funcțional.</p> | <p>Verificarea a 4 presiuni a sistemului hydraulic;<br/> Verificarea volumelor de ultrafiltrare și pompe cu membrană;<br/> Verificarea parametrilor în mod de dializa: temperatura, conductivitate, TMP soluției de dializa;<br/> Verificarea componentelor extracorporale: presiuni arteriale, venoase, detector de aer;<br/> Test electric;<br/> Test funcțional.</p> <p><b>Vizita №2 Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks)</b><br/> Se efectuează în a doilea semestru 2026<br/> Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător).<br/> Lucrări planificate:<br/> Inspeții vizuale;<br/> Înlocuirea setului de mentenanță;<br/> Verificări generale: alarmă de întrerupere a curentului, verificați senzorul de nivel al valvelor 91, 99, 100;<br/> Verificarea a 4 presiuni a sistemului hydraulic;<br/> Verificarea volumelor de ultrafiltrare și pompe cu membrană;<br/> Verificarea parametrilor în mod de dializa: temperatura, conductivitate, TMP soluției de dializa;<br/> Verificarea componentelor extracorporale: presiuni arteriale, venoase, detector de aer;<br/> Test electric;<br/> Test funcțional.<br/> Verificări tehnice conform protocol producătorului</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ **Dumitru Babinetchi** în calitate de: **administrator**

Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap. 153**