

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1751027191445 din 17.07.2025					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025 (repetat 2)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
29	Filtru distal pentru protecție embolica	Proender, TJEP0x-xx0	China	BEIJING TAIJIEWEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolica - Da, pag.1 Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare- Da, pag.1 • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018")- Da, 0.014" pag.1 • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible- Da, pag.1 • Dispozitiv tip „Rapid exchange” - Da, pag.1 • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm)- Da, pag.1 • 5 Markeri de vizibilitate - este oferita versiunea mai performanta, cu fir "gold loop" din aur complet vizibil + markere, pag.1 • Ac pentru irigare inclus - Da, pag.1 • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm, - Da, 3, 4, 5, 6, 7mm si 8mm - pag.1 • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm - Da, 80µm, 160 µm - pag.1 • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase- Da, pag.1 • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm)- Da, pag.1 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, - Da, pag.1 Lungime OTW/RX: 320/90 cm.- Da, pag.1 (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lista modelelor - TJEP03-190, TJEP04-190, TJEP05-190, TJEP06-190, TJEP07-190, TJEP08-190, TJEP03-320, TJEP04-320, TJEP05-320, TJEP06-320, TJEP07-320, TJEP08-320	DM000826314 DM000826315 DM000826332 DM000826309 DM000826316 DM000826334 DM000826313 DM000826310 DM000826307 DM000826338 DM000826311 DM000826312
33	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Balancium, GW B185-xx, GW B300-xx	China	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart Acoperit cu material hidrofiliic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart Acoperit cu material hidrofiliic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Da, pag.1 Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Da, pag.1 Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Da, pag.1 Radioopacitate: 3 cm. Da, pag.1 Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui - Da, pag.1 . Incarcatura la virf până la 1,0 gr - Da, 0.6g, pag.1. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Da, pag.1 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni). Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Da, este oferit 185 si 300cm, pag.1 Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Da, pag.1. Lista modelelor - GW B185-0, GW B185-0J, GW B300-0, GW B300-0J, GW B185-S0, GW B185-S0J GW B300-S0, GW B300-S0J	DM000834046 DM000834083 DM000834074 DM000834072 DM000834085 DM000834047 DM000834044 DM000834091 DM000834090 DM000834096 DM000834089 DM000834092 DM000834069 DM000834078 DM000834070 DM000834087 DM000834084 DM000834067 DM000834075 DM000834095 DM000834066 DM000834094 DM000834081 DM000834086

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
34	Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire	GuReater, LPRPCxxxx	China	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire -Material stent: Cobalt crom L605. - Substanța activă: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm². -Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. -Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Material balon: Semi cristalin polimer. -Acoperire hidrofilică. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm -Lungimi stent : 9- 40 mm Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire -Material stent: Cobalt crom L605. - Da, pag.1 - Substanța activă: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm². - Da, pag.1 -Profil foarte subțire: 75 µm la stenturi cu diametrul <3 mm. - Da, pag.1 -Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm - Da, pag.3. -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Da, pag.3. - Material balon: Semi cristalin polimer. - Da, pag.3 -Acoperire hidrofilică. - Da, pag.1 Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm - Da, pag.1 -Lungimi stent : 9– 40 mm - Da, pag.1 Cateter ghid: 5 F - Da, pag.1 (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni). Lista modelelor - LPRPC2208 LPRPC2508 LPRPC2708 LPRPC3008 LPRPC3508 LPRPC4008 / LPRPC2212 LPRPC2512 LPRPC2712 LPRPC3012 LPRPC3512 LPRPC4012 LPRPC4512 LPRPC2215 LPRPC2515 LPRPC2715 LPRPC3015 LPRPC3515 LPRPC4015 LPRPC4515 LPRPC2218 LPRPC2518 LPRPC2718 LPRPC3018 LPRPC3518 LPRPC4018 LPRPC4518 LPRPC2221 LPRPC2521 LPRPC2721 LPRPC3021 LPRPC3521 LPRPC4021 LPRPC4521 LPRPC2224 LPRPC2524 LPRPC2724 LPRPC3024 LPRPC3524 LPRPC4024 LPRPC4524 LPRPC2229 LPRPC2529 LPRPC2729 LPRPC3029 LPRPC3529 LPRPC4029 LPRPC4529 LPRPC2233 LPRPC2533 LPRPC2733 LPRPC3033 LPRPC3533 LPRPC4033 LPRPC4533 LPRPC2236 LPRPC2536 LPRPC2736 LPRPC3036 LPRPC3536 LPRPC4036 LPRPC4536	Conform detelor din Registru AMDM
35	Filtru distal pentru protecție embolica	Proender, TJEP0x-xx0	China	BEIJING TAIJIEWEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.	Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014" • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatibile • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180 cm • 4 markeri radioopaci • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100µ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014" Da, pag.1 • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatibile Da, pag.1 • Dispozitiv tip „Rapid exchange” Da, pag.1 • Fir de capturare incorporat de 180 cm Da, 185cm, pag.1 • 4 markeri radioopaci - este oferita versiunea mai performanta, cu fir "gold loop" din aur complet vizibil + markere, pag.1 • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm - Da, sunt disponibile 6 marimi - Da, 3, 4, 5, 6, 7 si 8mm - pag.1 • filtru cu pori de 100µ Da, pag.1 • Crossabilitate excelentă Da, pag.1 - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F - Da, pag.1 Lista modelelor - TJEP03-190, TJEP04-190, TJEP05-190, TJEP06-190, TJEP07-190, TJEP08-190, TJEP03-320, TJEP04-320, TJEP05-320, TJEP06-320, TJEP07-320, TJEP08-320	DM000826314 DM000826315 DM000826332 DM000826309 DM000826316 DM000826334 DM000826313 DM000826310 DM000826307 DM000826338 DM000826311 DM000826312
44	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard	Balancium, GW B185-xx, GW B300-xx	China	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Da, pag.1 Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Da, pag.1 Radioopacitate: 3 cm. Da, pag.1 Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Da, pag.1 Incarcatura la virf până la 1,0 gr. Da, 0.6g, pag.1 Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului- Da, pag.1 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Da, pag.1 Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Da, pag.1 Diametru nu mai mare de 0,014", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Da, pag.1 Lista modelelor - GW B185-0, GW B185-0J, GW B300-0, GW B300-0J, GW B185-S0, GW B185-S0J GW B300-S0, GW B300-S0J	DM000834046 DM000834083 DM000834074 DM000834072 DM000834085 DM000834047 DM000834044 DM000834091 DM000834090 DM000834096 DM000834089 DM000834092 DM000834069 DM000834078 DM000834070 DM000834087 DM000834084 DM000834067 DM000834075 DM000834095 DM000834066 DM000834094 DM000834081 DM000834086

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
45	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Balancium, GW B185-xx, GW B300-xx	China	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală. Da, pag.1 Ghidul sa fie drept sau în forma de J și Încarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construcția sa se asigura o buna manevrare în intervenții pe vase de anatomie variata. Miezul construit din oțel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm Diametru de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală. Da, pag.1 Ghidul sa fie drept sau în forma de J - Da, pag.1 Încarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. - Da, 1g si 2g, pag.1 Radioopacitate: 3 cm Da, pag.1 Prin construcția sa se asigura o buna manevrare în intervenții pe vase de anatomie variata. Da, pag.1 Miezul construit din oțel inoxidabil. Da, pag.1 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm Da, pag.1 Diametru de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Da, pag.1 Lista modelelor - GW B185-1 GW B185-1J GW B300-1 GW B300-1J GW B185-2 GW B185-2J GW B300-2 GW B300-2J GW B185-S1 GW B185-S1J GW B300-S1 GW B300-S1J GW B185-S2 GW B185-S2J GW B300-S2 GW B300-S2J	DM000834046 DM000834083 DM000834074 DM000834072 DM000834085 DM000834047 DM000834044 DM000834091 DM000834090 DM000834096 DM000834089 DM000834092 DM000834069 DM000834078 DM000834070 DM000834087 DM000834084 DM000834067 DM000834075 DM000834095 DM000834066 DM000834094 DM000834081 DM000834086
46	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	Balancium, GW B185-xx	China	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghiduri pentru angioplastie Tip soft Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Da, pag.1. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru mentinerea formei în vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3cm. Încarcatura la virf pînă la 1,0 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime:180cm Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Diametru nu mai mare de 0,014", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghiduri pentru angioplastie Tip soft Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Da, pag.1. Virful împletit cu fire din platină. Da, pag.1. Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru mentinerea formei în vas. Da, pag.1. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Da, pag.1. Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Da, pag.1. Radioopacitate: 3cm. Da, pag.1. Încarcatura la virf pînă la 1,0 gr. Da, 0.6g, pag.1. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime:180cm Da, pag.1. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Da, pag.1. Diametru nu mai mare de 0,014", Da, pag.1. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lista modelelor - GW B185-0, GW B185-0J, GW B185-S0, GW B185-S0J	DM000834046 DM000834083 DM000834074 DM000834072 DM000834085 DM000834047 DM000834044 DM000834091 DM000834090 DM000834089 DM000834092 DM000834069 DM000834078 DM000834070 DM000834087 DM000834084 DM000834067 DM000834075 DM000834095 DM000834066 DM000834094 DM000834081 DM000834086
55	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Perdenser, TJCSTxxxx-xx + Deromper, TJCDC	China	BEIJING TAIJIEWEIYE TECHNOLOGY CO., LTD.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile într-o gama variata ce indeplinesc functiile de "framing", „filling" si „finishing", cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM - Da, pag.1 Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Da, pag.1 Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Da, pag.1 Spiralele sunt disponibile într-o gama variata ce indeplinesc functiile de "framing", „filling" si „finishing", cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Da, pag.1 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Da, pag.1 Vezi lista modelelor in catalog (lot55_Perdenser-Coil System) si Anexa1_la_Specificatii_tehnice	DM000834046 DM000834083 DM000834074 DM000834072 DM000834085 DM000834047 DM000834044 DM000834091 DM000834089 DM000834092 DM000834069 DM000834078 DM000834070 DM000834087 DM000834084 DM000834067 DM000834075 DM000834095 DM000834066 DM000834094 DM000834081 DM000834086

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea**