

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă nr. 21019692						Data: „06” Martie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		"achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator și consumabile pe parcursul an. 2020"				Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 6	33696500-0	CPR-LATEX Cerințe generale* + Notă ** LATEX- TEST	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat și etichetat de producător . 3. Date de identitate (denumirea, numărul lotului ,seria, termenul de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4. La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 5. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. în instrucțiune de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8 %.. Test sistemele să conțină nu mai puțin de 7 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină , în afara controlul „+ „, și "- 5 calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor și anticorpilor. 6. Stripurile să fie detașabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cite o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție .Procedura de efectuare să nu necesite aparatul suplimentar, PROCEDURI DE PREDILUTII SUPLIMENTARE A MATERIALULUI BIOLOGIC și să conțină cît mai puține etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima (preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii și standardele după deschidere sa fie stabile. La toate investigațiile autoimune sa fie un protocol comun. Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la	CRP Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml Control)	Certificat CE, ISO
Lotul 7	33696500-0	ASLO-LATEX Cerințe generale* + Notă ** LATEX- TEST	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Calibratorii și standardele după deschidere sa fie stabile. La toate investigațiile autoimune sa fie un protocol comun. Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la	ASO Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO

Lotul 8	33696500-0	RF-LATEX Cerințe generale* + Notă ** LATEX-TEST	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	prodicator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,preparate de producator,gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenții .trusele ,test-sistemele se păstrează pîna la livrare în condiții prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat)	RF Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
Lotul 9	33696500-0	D-Dimeri Cerințe generale* + Notă ** LATEX-TEST	8.00.17.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical		D-Dimer Latex Kit, 100 Teste	Certificat CE, ISO
Lotul 20	33696500-0	Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu scop diagnostic al infarctului miocardic Cartuș,sensibilitate maxima	75003	SUA	Lumiquick	1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS	Panel pentru determinarea Troponima I,CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu scop diagnostic al infarctului miocardic Cartuș,sensibilitate maxima	Certificat CE, ISO
Lotul 22	33696500-0	Panel pentru microscopiere CITOLOGICA a urinei si lichidelor biologice (cu 2, 5	212051	ITALIA	SYNTESYS		Panel pentru microscopiere CITOLOGICA a urinei si lichidelor biologic, cu 10 godeuri	Certificat CE, ISO
Lotul 23	33696500-0	SET de colorare dupa GRAMM (pentru colorarea frotiurilor ginecologice) flacon volum de la 100- 250 ml	K001	INDIA	HIMEDIA		SET de colorare dupa GRAMM (pentru colorarea frotiurilor ginecologice)	Certificat CE, ISO
Lotul 26	33696500-0	Lamele de sticla slefuite, lungimea 7,5cm, grosimea de 2,5mm, latimea 2,5 cm	371115	ITALIA	SYNTESYS		Lamele de sticla slefuite, lungimea 7,6 cm, grosimea de 2,6 mm, latimea 1,2 cm	Certificat CE, ISO
Lotul 35	33696500-0	Eprubete din polisteren cu volum 12ml, transparente (plastic),gradate, cu fund conic, cu dop	318159+ 318165	ITALIA	SYNTESYS	Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîștigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului.	Eprubete din polisteren cu volum 12ml, transparente (plastic),gradate, cu fund conic, cu dop	Certificat CE, ISO
Lotul 42		Cutii de incinerare de unica folosinta pentru colectarea deseurilor						
42.1	33696500-0	Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 7,5 kg ,Pentru colectarea deseurilor cu sac pentru deseuri biologice / periculoase	360010	ITALIA	SYNTESYS	Recipiente pentru deșeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.	Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 20 kg ,Pentru colectarea deseurilor cu sac pentru deseuri biologice / periculoase	Certificat CE, ISO
42.2	33696500-0	Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 12 kg ,Pentru colectarea deseurilor infectioase ,rezultate din activitate medicala, cu saci din pelicolă rezistentă	360010	ITALIA	SYNTESYS		Cutie de incinerare de unica folosinta ,volum 20 kg ,Pentru colectarea deseurilor cu sac pentru deseuri biologice / periculoase	Certificat CE, ISO
Lotul 45		Vîrfuri						

45.1	33696500-0	Vîrfuri din plastic 0-200mkl (galben) de tip Gilson	318260	ITALIA	SYNTESYS	1. Vîrfuri să corespundă pipetelor tip Eppendorf și Lerippipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la operatorul cîștigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului.	Vîrfuri din plastic 0-200mkl (galben) de tip Gilson	Certificat CE, ISO
45.2	33696500-0	Vîrfuri din plastic 100-1000mkl (albastre) de tip Gilson	318172	ITALIA	SYNTESYS		Vîrfuri din plastic 200-1000mkl (albastre) de tip Gilson	Certificat CE, ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9