

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21053931/ ocds-b3wdp1-MD-1648208519819 din 05.04.2022
Obiectul achiziției: Dispozitive și consumabile parafarmaceutice (glucometer, teste, indicatoare) pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot.1 Accesorii pentru măsurarea glicemiei						
Glucometre + dispozitiv de înțepare	BG-201	China	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. Joytech Healthcare Co., Ltd.	Corespunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013 Codificare automată; Picătura cât mai mică - volumul picăturii de sânge mic; Durata de testare redusă; Calibrare cu valorile din plasma sângelui; Dispozitiv de înțepare cu utilizare de ace glicemice/lancete.	Dimensiunea produsului 80,5-55-16,3 mm Dimensiune LCD: 28,126 mm (LH) Greutate produs: 35,8 g (fără baterie) Timp de testare: 5 secunde Sursă de alimentare: o baterie CR2032 3V Durată de viață a bateriei înlocuibilă: aproximativ 1.000 de teste Memorie: 360 de rezultate ale glucozei din sânge cu data și timp Interval de măsurare: 2,2-33,3 mmol/L (40- 600 mg/dL) Pachetul include: 1 x glucometru, 1 x manual de utilizare, 1 x dispozitiv de injectare, 10 x benzi de testare, 10 x lancete. Corespunde standardului actual de precizie a	CE/ISO

					glucometrelor conform ISO 15197:2013	
Lancete/ace glicemice	FY0906	China	Ningbo Foyomed Medical Instruments Co.,Ltd.	Corespunderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu dispozitivele de înțepare oferate.	Corespund standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu dispozitivele de înțepare oferate.	CE/ISO
Stripuri/teste de control pentru glicemie	BS- 102	China	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., ltd. Joytech Healthcare Co., ltd.	Corespunderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu glocometrul oferate.	Corespund standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu dispozitivele de înțepare oferate.	CE/ISO

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com