

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1662640272933** din **19 oct 2022**

Obiectul achiziției: **Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie conform Caietului de sarcini**

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Piesă turbină	GALAXY TURBINE for KaVo®: A015TKL/ KaVo® coupling OPTIC : AC200	GERMANY	NWT Dental GmbH	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 26 W, viteza de rotație maxim 320000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.2 mm x H maxim 13.1 mm. , cu lumină de max. 40000 lux. , puterea maxim 28 W , viteza de rotație 310,000~370,000 rpm, nivel zgomot maxim 55 db , greutatea maxim 56 gr , 4 jeturi de apă Quattro Spray , să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., da cuplă lubrifiere cap piesă, da perie de curățare cap piesă – 1 buc., da ac de curățat cap piesă – 1 buc., da cheie cuplă – 1 buc., da elastic pentru cuplă – 4 buc., da termen de garanție la piesa 12 luni Body Material : Stainless Steel Ball bearing : Ceramic	CE/ISO
23	Piesă de mână chirurgicală dreaptă	SEN-05C	China	Tealth Foshan Medical Equipment Co.,Ltd	Piesă dreaptă cu raport 1:1, cu irigare externă pentru chirurgie. Coupling dupa standartul ISO 3964. Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfectie și autoclavare de până la minim 135 C	Piesă dreaptă cu raport 1:1, da cu irigare externă pentru chirurgie. da Coupling dupa standartul ISO 3964. da Posibilitate de spălare în mașina cu termodezinfectie și autoclavare de până la minim 135 C da termen de garanție la piesa 12 luni Ball bearing : Ceramic	CE/ISO

24	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)	GALAXY G20	GERMANY	NWT Dental GmbH	Viteza maximă 2000 RPM, greutate maxim 87 grame, raport 20:1, sistem de cuple ISO 3964, diametrul capului până la 10 mm, lungimea maxim 13.5 mm. Nivelul de zgomot maxim 57 dB, sistem de irigare prin interiorul piesei sau externă. Autoclavabilă.	Viteza maximă 2000 RPM, da greutate maxim 64 grame , da raport 20:1, da sistem de cuple ISO 3964, da diametrul capului până la 10 mm, da lungimea maxim 14.5 mm . Nivelul de zgomot maxim 55 dB , da sistem de irigare externă. da Autoclavabilă. Da termen de garanție la piesa 12 luni Body Material : Stainless Steel Ball bearing : Ceramic	CE/ISO
276	Piesă turbină	TPF3-U-K6	China	Tealth Foshan Medical Equipment Co.,Ltd	Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare	Piesă turbină cu adapter cu 6 orificii de intrare Turbina de calitate superioara, Fibra optica, Kavo quick coupling. Rulmenti de ceramica termen de garanție la piesa 12 luni Ball bearing : Ceramic	CE/ISO
277	Piesa contraunghi	CIN-01C	China	Tealth Foshan Medical Equipment Co.,Ltd	Piesa contraunghi cu reducție 1:1	Piesa contraunghi cu reducție 1:1, push button, irigare interna, cap usor de schimbat, $\phi 1.60\text{mm}/\phi 2.35\text{mm}$ la alegere, Max speed 20,000 sau 40,000rpm termen de garanție la piesa 12 luni Ball bearing : Ceramic	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____