

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1570796060642				Data: „31” octombrie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Teste Indicatoare pentru anul 2020 IMSP Institutul de Medicina Urgenta				Lot: 2-5		Pagina: _1_din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 2								
33100000-1	2	Test-Indicator	TI	Rusia	Intersen	Test-Indicator 121° (20 min. universale)	Test-Indicator 121° (20 min. universale)	CE, ISO
Lotul 3								
33100000-1	3	Test-Indicator	TI	Rusia	Intersen	Test-Indicator 134° (5min. universale)	Test-Indicator 134° (5min. universale)	CE, ISO
Lotul 4								
33100000-1	4	Test-Indicator	TI	Rusia	Intersen	Test-Indicator 180° (interne)	Test-Indicator 180° (interne)	CE, ISO
Lotul 5								
33100000-1	5	Test-Indicator	TI	China	M & G PR	Test-Indicator 55° (interne) p-u plasmă	Test-Indicator 55° (interne) p-u plasmă	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele
Jighili Tatiana
În calitate de:



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301