

Specificații tehnice (F4.1)

| Numărul licitației: | ocds-b3wdp1-MD-1552894996395 | | | | | Data: „01” aprilie 2019 | Alternativa nr.: nu | |
|-----------------------|--|--|---------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| Denumirea licitației: | Endoproteze de șold IMSP SR Căușeni „ Ana și Alexandru” | | | | | Lot: 1 | Pagina: _1_ din _1_ | |
| Cod CPV | N/no | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33100000-1 | 2 | Ciment ortopedic cu antibiotic | COCA | France | Synimed | Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. -Sa contina oxidul de zirconiu in pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. -Sa prezinte un colorant, ce va permite difentierea cimentului acrilic de os, in cazuri de artroplastii de revizie; | Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. -Sa contina oxidul de zirconiu in pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. -Sa prezinte un colorant, ce va permite difentierea cimentului acrilic de os, in cazuri de artroplastii de revizie; | CE, ISO |

Semnat: _____
 Numele, Prenumele
 În calitate de:
 administrator Jighili
 Tatiana



Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301